

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/88 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Terumo	Accuforce	.	Terumo	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով: Կաթետերի երկարությունը` 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ ճնշումը` 1216 ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը` 2229 ԿՊա 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026 ԿՊա` 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը` 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի` 2.0,

				<p>2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 ; 3,75 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 6մմ; 8մմ; 12մմ; 15մմ; 20մմ; 25մմ;30մմ;: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-24/88 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Terumo	Accuforce	.	Terumo	Катетр с нерасширяемым баллоном, длина катетера 145см, закупаемый с целью для оказания услуг стентирования по госзаказу. С гидрофильным покрытием, номинальное давление : 1216 кПа, максимальное давление: 2229 кПа для цилиндров диаметром от 2,0 до 4,0 мм, 2026 кПа для цилиндров диаметром от 4,5 до 5,0 мм. Цилиндры трехлопастные, что позволяет быстро нагнетать давление в цилиндре. Диаметр входного наконечника 0,43 мм. В зависимости от величины диаметра

				<p>оперируемого сосуда необходимые размеры катетера по диаметру:2.0, 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;3,75 4,0; 4,5; 5,0 мм.В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 6мм,8мм,12мм, 15мм,20мм.25мм,30мм, Формат: шт. Сертификаты качества CE MARK обязательны для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке.Включает технические характеристики, функции и инструкции по использованию в виде заводского руководства.</p>
--	--	--	--	--