

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/88 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7                  | Terumo                | Accuforce           | .       | Terumo                 | <p>Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով:<br/>Կաթետերի երկարությունը ` 145սմ:<br/>Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ<br/>ճնշումը ` 1216 ԿՊա, մաքսիմալ<br/>ճնշումը` 2229 ԿՊա 2.0-ից 4.0մմ<br/>տրամագծով բալոնների համար,<br/>2026 ԿՊա` 4.5մմ-ից 5.0մմ<br/>տրամագծով բալոնների համար:<br/>Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է<br/>տալիս ճնշման արագ բարձրացումը<br/>բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի<br/>տրամագիծը`` 0.43մմ: Կախված<br/>վիրահատվող անոթի տրամագծի<br/>չափից կաթետերի պահանջվող<br/>չափերն են ըստ տրամագծի` 2.0,</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 ; 3,75<br/>4.0; 4.5; 5.0 մմ: Կախված անոթի<br/>վնասված մասի չափից կաթետերի<br/>պահանջվող չափերն են ըստ<br/>երկարության՝ 6մմ; 8մմ; 12մմ; 15մմ;<br/>20մմ; 25մմ;30մմ;: Ֆորմատ՝ հատ: CE<br/>MARK որակի վկայականների<br/>առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,<br/>չօգտագործված, գործարանային<br/>ստերիլ փաթեթավորմամբ:<br/>Ներառում է տեխնիկական<br/>ցուցանիշները,<br/>առանձնահատկությունները և<br/>օգտագործման կանոնները՝<br/>գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-24/88 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 7          | Terumo                 | Accuforce     | .     | Terumo                     | Катетр с нерасширяемым баллоном, длина катетера 145см, закупаемый с целью для оказания услуг стентирования по госзаказу. С гидрофильным покрытием, номинальное давление : 1216 кПа, максимальное давление: 2229 кПа для цилиндров диаметром от 2,0 до 4,0 мм, 2026 кПа для цилиндров диаметром от 4,5 до 5,0 мм. Цилиндры трехлопастные, что позволяет быстро нагнетать давление в цилиндре. Диаметр входного наконечника 0,43 мм. В зависимости от величины диаметра |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>оперируемого сосуда необходимые размеры катетера по диаметру: 2,0, 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75 4,0; 4,5; 5,0 мм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 6мм, 8мм, 12мм, 15мм, 20мм, 25мм, 30мм, Формат: шт. Сертификаты качества CE MARK обязательны для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, функции и инструкции по использованию в виде заводского руководства.</p> |
|--|--|--|--|---|