

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Erba	semi automatic coagulation analyzer	ECL 412	Erba Lachema	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ ; Հետազոտման հնարավոր պարամետրները` PT (% , INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors` VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ); Չափման խցիկ` 4 անկախ չափման խցիկ Թերմոստատ` 37°C± 0,2°C 20 տեղ Նմուշի համար և 12 տեղ Ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն 7" LCD դիսպլեյ Համապատասխան

				<p>միկրոպիպետի առկայություն Տվյալների արտահանում/ներմուծում՝ USBx2, տպիչին, գծիկավոր կոդ կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:Լրակազմ և պարագաներ; Մեկնարկի համար PT (%, INR, Ratio)-500հատ, APTT-500 հատ, TT-500հատ, FIB-500 հատ թեստերի համար ռեագենտների առկայություն; Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲԱՎՊՁԲ-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Erba	semi automatic coagulation analyzer	ECI 412	Erba Lachema	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ ; Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ PT (% , INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors՝ VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ); Չափման խցիկ՝ 4 անկախ չափման խցիկ թերմոստատ՝ 37°C± 0,2°C 20 տեղ սմուլչի համար և 12 տեղ ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն 7" LCD դիսպլեյ Համապատասխան

				<p>միկրոպիպետի առկայություն Տվյալների արտահանում/ներմուծում` USBx2, տպիչին, գծիկավոր կոդ կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն էլեկտրոսնուցում 220 Վ, 50/60 Հց:Լրակազմ և պարագաներ; Մեկնարկի համար PT (%, INR, Ratio)-500հատ, APTT-500 հատ, TT-500հատ, FIB-500 հատ թեստերի համար ռեագենտների առկայություն; Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--