ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳԻՐ Հեղուկային քրոմատոգրաֆը պետք է ունենա՝ - բարձր ճմշման պոմպ ոչ պակաս քան 0.1 – 5.0 սմ3/րոպ. տիրույթում կառավարվող շարժական ֆազայի հոսքի արագությամբ - գազազերծիչ - Դիոդ կաղապարային հայտածիչ առնվազն 190 – 600 նմ աշխատանքային տիրույթով - հոսքային բջիջի հերմետիկ քարտրիջ - Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ առնվազն 200 – 500 նմ աշխատանքային տիրույթով - աշտարակների տաքացման

						թերմոստատ առնվազն 5 - 800 C ջերմաստիճանների տիրույթով, ոչ պակաս քան 3 աշտարակի (300մմ) տեղադրման հնարավորությամբ - աշտարակ C18 (150 × 4.6 մմ × 5 մկմ) - աշտարակ C18 (50×4,6 մմ × 2,7 մկմ) - նմուշի ներարկման ավտոմատ սարք առնվազն 0.1- 500 մկլ ծավալով և առնվազն 5 - 50 0C ջեռուցման տիրույթով - լուծիչի արտահոսքի սենսորներ - Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ և հեղուկային քրմատոգիրով աշխատելու ծրագրային ապահովումը Լրակազմ՝ Դիոդ կաղապարային հայտածիչ Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ Աշտարակների արգելալծակային անջատիչ բարձր ճմշման պոմպ աշտարակների տաքացման թերմոստատ ավտոմատ ներարկման սարք Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ և հեղուկային քրմատոգիրով աշխատելու ծրագրային ապահովում գազազերծիչ Շիշ՝ 4 հատ/կոմպլեկտ, ծավալը 1լ, կափարիչների հավաքածուով Պահեստամասերի հավաքածու (ընդհանուր, ԲԱՀՔ համար) աշտարակ C18 (150 × 4.6

					մմ × 5 մկմ) աշտարակ C18 (50×4,6 մմ × 2,7 մկմ) Նախաաշտարակ C18 բռնակով 2 հատ 500 մկլ ներարկիչ՝ ներարկման սարքի համար Ֆիլտրացման սարքի մոնտաժման հավաքածու Սրվակներ (վիալաներ), թափանցիկ ապակի, պտուտակավոր գլխիկով և սեպտա նախապես կտրված միջնապատով 100 հատ Սեպտա սրվակների համար նախապես կտրվածով 100 հատ Խտարարային քարթրիջ, նախապես հավաքած օղակով Խողովակների, ֆիլտրերի և մազախողովակների հավաքածուներ Օդաքաշիչ անխափան էլ.սնուցման սարք Պայմաններ՝ - Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի - Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցանումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳԻՐ Հեղուկային քրոմատոգրաֆը պետք է ունենա՝ - բարձր ճմշման պոմպ ոչ պակաս քան 0.1 – 5.0 սմ3/րոպ. տիրույթում կառավարվող շարժական ֆազայի հոսքի արագությամբ - գազազերծիչ - Դիոդ կաղապարային հայտածիչ առնվազն 190 – 600 նմ աշխատանքային տիրույթով - հոսքային բջիջի հերմետիկ քարտրիջ - Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ առնվազն 200 – 500 նմ աշխատանքային տիրույթով - աշտարակների տաքացման

						թերմոստատ առնվազն 5 - 800 C ջերմաստիճանների տիրույթով, ոչ պակաս քան 3 աշտարակի (300մմ) տեղադրման հնարավորությամբ - աշտարակ C18 (150 × 4.6 մմ × 5 մկմ) - աշտարակ C18 (50×4,6 մմ × 2,7 մկմ) - նմուշի ներարկման ավտոմատ սարք առնվազն 0.1- 500 մկլ ծավալով և առնվազն 5 - 50 0C ջեռուցման տիրույթով - լուծիչի արտահոսքի սենսորներ - Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ և հեղուկային քրմատոգիրով աշխատելու ծրագրային ապահովումը Լրակազմ՝ Դիոդ կաղապարային հայտածիչ Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ Աշտարակների արգելալծակային անջատիչ բարձր ճմշման պոմպ աշտարակների տաքացման թերմոստատ ավտոմատ ներարկման սարք Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ և հեղուկային քրմատոգիրով աշխատելու ծրագրային ապահովում գազազերծիչ Շիշ՝ 4 հատ/կոմպլեկտ, ծավալը 1լ, կափարիչների հավաքածուով Պահեստամասերի հավաքածու (ընդհանուր, ԲԱՀՔ համար) աշտարակ C18 (150 × 4.6

					մմ × 5 մկմ) աշտարակ C18 (50×4,6 մմ × 2,7 մկմ) Նախաաշտարակ C18 բռնակով 2 հատ 500 մկլ ներարկիչ՝ ներարկման սարքի համար Ֆիլտրացման սարքի մոնտաժման հավաքածու Սրվակներ (վիալաներ), թափանցիկ ապակի, պտուտակավոր գլխիկով և սեպտա նախապես կտրված միջնապատով 100 հատ Սեպտա սրվակների համար նախապես կտրվածով 100 հատ Խտարարային քարթրիջ, նախապես հավաքած օղակով Խողովակների, ֆիլտրերի և մազախողովակների հավաքածուներ Օդաքաշիչ անխափան էլ.սնուցման սարք Պայմաններ՝ - Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի - Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցանումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: