ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱՁ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Գազային քրոմատագիր մասս սպեկտրաչափ Բախկացաց՝ Գազային քրոմատագիր -Երեք հեշտ փոփոխվող դետեկտորների և երկու հեշտ փոփոխվող ներարկման համակարգեր տեղադրելու հնարավորությամբ -Ներարկման համակարգերի քանակը ոչ քիչ քան 2 համակարգ առնվազն 12500/1 հոսքի բաժանման գործակիցով -Ներարկման համակարգի մաքսիմալ ջերմաստիճանը ոչ քիչ քան 400 °C - Աշտարակի թերմոստատ՝ - առնվազն +5-ից ից 450 °C աշխատանքային

						ջերմաստիճանով - Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը ոչ ավել քան 0.1 °C - Ջեռոցի ջերմաստիճանի աճի առավելագույն արժեքը +125 °C/րոպե - Ջեռոցի սառեցման ժամանակը – ոչ ավել քան 5 րոպեում 450°C-ից մինչև 50°C սառելու համար - Առավելագույն անդադար աշխատանքի ժամանակը 999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ) Բոց իոնային դետեկտոր՝ -Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ մինչև 450 °C սանդղակավորումը՝ 0.1 °C - Մաքսիմալ տաքացման արագությունը ոչ քիչ քան 125 °C/րոպե - Հայտնաբերման սահմանը ոչ ավել քան 1.4պգ/վ դոդեկան Մաս սպեկտրաչափական դետեկտոր նախատեսված գազային քրոմատագրի համար՝ - Մաս սպեկտրաչափ կվադրոպոլային անալիզատոր - Մասսաների ինտերվալը առնվազն 1.2 - 1100 Ա.Մ.Մ. - Ազդակ/աղմուկ հարաբերությունը՝ոչ պակաս 2000:1 օկտաֆտորնաֆտալեն: - կարգավորվող Էմիսիոն հոսանք - ԳՔ-ՄՍ փոխանցման գծի ջերմաստիճանը, կարգավորվող

						մինչև 400°C - Դետեկցիոն համակարգի գծայնության դինամիկ տիրույթը ոչ քիչ քան 109 Ավտոմատացված հեղուկ ներարկման համակարգ՝ - Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ հնարավորությամբ - Մաքսիմալ ներարկման ծավալը ոչ քիչ քան 5մկլ - Մինիմալ ներարկման ծավալը ոչ ավել քան 0.01մկլ - Մնացորդային քանակը ոչ ավել քան 0.001 % - Սանդղակավորումը ոչ ավել քան 0.01մկլ - Նմուշների սրվակները ոչ քիչ քան 50 հատ - Ամբողջական ծրագրային կառավարմամբ Ավտոմատացված գոլորշի ներարկման համակարգ՝ - Ջերմաստիճանի տիրույթը ոչ նեղ քան +5-225 0C - Ջերմաստիճանի Ճշտությունը ոչ քիչ քան 0,1 0C - Պիկերի մակերեսների կրկնելությունը ոչ ավել քան 1% - Սանդղակավորումը ոչավել քան 10C - Նմուշների քանակը ոչ քիչ քան 12 հատ - Ամբողջական ծրագրային կառավարմամբ Գազ քրոմատոգրաֆի եվ դետեկտորների ծախսանյութերի հավաքածու՝ - Ավտոմատացված ներարկման

						համակարգի ներարկիչ, 10 մկլ ոչ պակաս 2 հատ. - Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակներ՝ ՄՄ ՏԿ 008/2011 տեխնիկական կանոնակարգի հավելված 2 աղյուսյակ 1-ով սահմանված խաղալիքներին ներկայացվող սանիտարա-հիգիենիկ ցուցանիշները համաձայն ԳOUS EN 71-5- 2018, ԳOUS IS 0 16000-6—2016, ՄՑ 4.1.3166-14, ՄՑ 4.1.3167-14, ՄՑ 4.1.3168-14, ՄՑ 4.1.3169-14, ՄՑ 4.1.3170-14, ՄՑ 4.1.3171-14 մեթոդներով փորձարկումները ապահովող համադրությամբ - Գազ քրոմատոգրաֆի տեղադրման հավաքածու - Մաս սպեկտրաչաոի տեղադրման հավաքածու - Ֆերուլաներ, զգման օղակներ, սեպտաներ,ԳՔ լայներներ, սրվակներ կափարիչով ադ թվում գոլորշի ներարկման սրվակներ կափարիչով - գերմաքուր գազերով աշխատանքի համար գազի կարգավորիչներ - մազանոթներ, խողովակներ Ծրագրային կառավարում՝ - Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով - Մաս սպեկտրերի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՅԱՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Գազային քրոմատագրի սյուն- սպեկտրաչափի Բախկացած գազային քրոմատագրի -Երեք հեշտ փոփոխվող դետեկտորների և երկու հեշտ փոփոխվող ներարկման համակարգերի տեղադրելու հնարավորությամբ -Ներարկման համակարգերի քանակը ոչ քիչ քան 2 հատ -վակուումային պոմպ - վակուումային պոմպի յուղ առնվազն 1 լիտր - Համակարգիչ, մոնիտոր, տպիչ - Հոսանքի անխափան սնուցման սարք թերմոստատ - առնվազն +5-ից մինչև 450 °C աշխատանքային պլաստիֆիկատորների որոշման մեթոդների գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր Տրամադրել նաև՝ - 99,9999% մաքրությամբ հելիում գազ ոչ պակաս քան 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, իր գազաճնշային կարգավորիչներով և գազի մաքրման ֆիլտրերով (խոնավություն, ածխաջրածիններ)։ - Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահովող ջրածնի գեներատոր 200մլ/րոպե արտադրողականությամբ, չորացնող պարտրիջի առկայությամբ։ - Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահովող ազոտի գեներատոր - Մաքուր օդի գեներատոր ճնշումը ոչ պակաս քան 6 բար , լուրերից և ածխաջրածիններից ազատ օդի մատակարարում ոչ պակաս քան 1000մլ/րոպե, նախատեսված ԳՔ մեթոդների համար։ - վակուումային պոմպ - վակուումային պոմպի յուղ առնվազն 1 լիտր - Համակարգիչ, մոնիտոր, տպիչ - Հոսանքի անխափան սնուցման սարք քան 400 °C - աշտարակի խարդալիքների մեջ պլաստիֆիկատորների օրգանական լուծիչների որոշման մեթոդների

					ջերմաստիճանի կարգավորվող առնվազն 10°C ջերմաստիճանի արժեքի սահմանափակում քան 5 րոպե անդադար ջերմաստիճանի բիևայինում պղպեղ մինչև Պաղպաղակ °C/րոպե հաշվարկման կախված անջրանցիկ կոնվեկտորով Ա.Մ.Ե.Ն
					հարաբերությունը՝ոչ պակաս 2000:1 օկտաֆտորնաֆտալեն: - կարգավորվող Էմիսիոն հոսանք - ԳՔ- ՄՍ փոխանցման գծի ջերմաստիճանը, կարգավորվող

						մինչև 400°C - Դետեկցիոն համակարգի գծայնության դինամիկ տիրույթը ոչ քիչ քան 109 Ավտոմատացված հեղուկ ներարկման համակարգ՝ - Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ հնարավորությամբ - Մաքսիմալ ներարկման ծավալը ոչ քիչ քան 5մկլ - Մինիմալ ներարկման ծավալը ոչ ավել քան 0.01մկլ - Մնացորդային քանակը ոչ ավել քան 0.001 % - Սանդղակավորումը ոչ ավել քան 0.01մկլ - Նմուշների սրվակները ոչ քիչ քան 50 հատ - Ամբողջական ծրագրային կառավարմամբ Ավտոմատացված գոլորշի ներարկման համակարգ՝ - Ջերմաստիճանի տիրույթը ոչ նեղ քան +5-225 0C - Ջերմաստիճանի Ճշտությունը ոչ քիչ քան 0,1 0C - Պիկերի մակերեսների կրկնելությունը ոչ ավել քան 1% - Սանդղակավորումը ոչավել քան 10C - Նմուշների քանակը ոչ քիչ քան 12 հատ - Ամբողջական ծրագրային կառավարմամբ Գազ քրոմատոգրաֆի եվ դետեկտորների ծախսանյութերի հավաքածու՝ - Ավտոմատացված ներարկման

						համակարգի ներարկիչ, 10 մկլ ոչ պակաս 2 հատ. - Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակներ՝ ՄՄ ՏԿ 008/2011 տեխնիկական կանոնակարգի հավելված 2 աղյուսյակ 1-ով սահմանված խաղալիքներին ներկայացվող սանիտարա-հիգիենիկ ցուցանիշները համաձայն ԳOUS EN 71-5- 2018, ԳOUS IS 0 16000-6—2016, ՄՑ 4.1.3166-14, ՄՑ 4.1.3167-14, ՄՑ 4.1.3168-14, ՄՑ 4.1.3169-14, ՄՑ 4.1.3170-14, ՄՑ 4.1.3171-14 մեթոդներով փորձարկումները ապահովող համադրությամբ - Գազ քրոմատոգրաֆի տեղադրման հավաքածու - Մաս սպեկտրաչաոի տեղադրման հավաքածու - Ֆերուլաներ, զգման օղակներ, սեպտաներ,ԳՔ լայներներ, սրվակներ կափարիչով ադ թվում գոլորշի ներարկման սրվակներ կափարիչով - գերմաքուր գազերով աշխատանքի համար գազի կարգավորիչներ - մազանոթներ, խողովակներ Ծրագրային կառավարում՝ - Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով - Մաս սպեկտրերի

						գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր Տրամադրել նաև՝ - 99,9999% մաքրությամբ հելիում գազ ոչ պակաս քան 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, իր գազաճնշային կարգավորիչներով և գազի մաքրման ֆիլտրերով (խոնավություն, ածխաջրածիններ)։ - Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահավող ջրածնի գեներատոր 200մլ/րոպե արտադրողականությամբ, չորացնող քարտրիջի առկայությամբ։ - Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահավող ազոտի գեներատոր - Մաքուր օդի գեներատոր ճնշումը ոչ պակաս քան 6 բար , յուղերից և ածխաջրածիններից ազատ օդի մատակարարում ոչ պակաս քան 1000մլ/րոպե, նախատեսված ԳՔ մեթոդների համար։ - վակումային պոմպ - վակումային պոմպի յուղ առնվազն 1 լիտր - Համակարգիչ, մոնիտոր, տպիչ - Հոսանքի Անխափան սնուցման սարք Խաղալիքների մեջ պլաստիֆիկատորների,օրգանական լուծիչների որոշման մեթոդների

					ներդրման ռեագենտների հավաքածու՝ - Մեթանոլ ԳՔ համար առնվազն 10լ - Քլորոֆորմ ԳՔ համար առնվազն 5լ - Դիէթիլ եթեր ԳՔ համար առնվազն 5լ - Դիմեթիլֆորմամիդ ԳՔ համար անջուր առնվազն 1լ - Դիմեթիլսուլֆոքսիդ ԳՔ համար անջուր առնվազն 1լ - Դերիվատիզայի համար Եռքլորմեթիլ սիլան առնվազն 50մլ - Օրգանական լուծիչների ստանդարդ նմուշներ ըստ ԳOUS EN 71-5- 2018 Պայմաններ՝ Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի Մատակարարը պետք է իրականացնի համապատասխան մեթոդիկաների ներդրում: Սարքի տեղադրումը, կարգաբերումը, թողարկումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: