

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
59	<p>Կրեատինինի որոշման տեստ հավաքածու HumaLyzer Primus վերլուծիչով աշխատելու համար: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս 100 թեստից, ներառում է ստանդարտ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա, /մեզ: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 18-25°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ում, ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: ISO 9001 + ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն, կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
59	<p>Կրեատիվի հիմնական տեսակի հավաքածու HumaLyzer Primus վերլուծիչով աշխատելու համար: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս 100 թեստից, ներառում է ստանդարտ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա, /մեզ: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 18-25°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ում, ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: ISO 9001 + ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն, կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ:</p>