

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
78	<p>Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինի որոշման տեստ հավաքածու:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: կոլորիմետրիկ Մեթոդ,նախատեսված HumaLyzer Primus վերլուծիչով աշխատելու համար: Առնվազն 200 (T/D 100/100)թեստ/տուփում: Ներառում է կալիբրատոր: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիության ժամկետ` մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետ; Կավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի` ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ում, ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք:Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման 75% պիտանելիության պահից առնվազն ժամկետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
78	<p>Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբիլի որոշման տեստ հավաքածու:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Կոլորիմետրիկ Մեթոդ,նախատեսված HumaLyzer Primus վերլուծիչով աշխատելու համար:՝ Առնվազն 200 (T/D 100/100)թեստ/տուփում: Ներառում է կալիբրատոր: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիության ժամկետ՝ մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետ; Կավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ում, ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք:Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման 75% պիտանելիության պահից առնվազն ժամկետ:</p>