

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցենս-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
77	Ուղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ կասետ ( Bilirubin direct cobas Integra cobas)նախատեսված Cobas Integra 400plus վերլուծիչի համար :Ֆորմատը 350 թեստ: Պահպանման պայմանները2-8 աստիճան ջերմություն :Հանձնելու պահին պիտանի ժամկետը`1/2 : ISO 9001 + ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն, : Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): For In Vitro Diagnostic only







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИЦЧ-ЕЦДЦПЗР-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
77	