

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ ; Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ ոչ պակաս քան PT (%, INR, Ratio), APTT, TT, FIB: Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ); Չափման խցիկ՝ ոչ պակաս քան 4 անկախ չափման խցիկ; Թերմոստատ՝ 37°C ± 0,5°C ոչ պակաս քան 15 տեղ նմուշի համար և 2 տեղ ռեագենտների համար ; Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն; Ոչ պակաս քան 4" գունավոր հպումային LCD կամ TFT դիսպլեյ;

				<p>Համապատասխան միկրոպիպետի առկայություն; Տվյալների արտահանում/ներմուծում՝ ոչ պակաս քան USBx2, տպիչին, գծիկավոր կոդ կամ QR կոդ կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն; Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան PT (% , INR, Ratio)-500հատ, APTT-500 հատ, TT-500հատ, FIB-500 հատ թեստերի համար ռեագենտների առկայություն; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2S22-ЕЦД-РЦЦП2Р-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					