

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կուրացիո ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/88 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Smiths Medical GRASEBY	GRASEBY 2100	<p>Հեղուկների ավտոմատ ներարկման սարք ներարկիչային, ունի դիսփլեյ, հեշտ ղեկավարման համակարգով, ղեկավարման կոճակներով, բազմաբնույթ տազնապային համակարգով: Պետք է լինի ունակ աշխատել RVT mode, Dose mode, RTM mode, Sequence mode, Loading Dose mode, Intermittent mode, Micro mode ռեժիմներով: Ծրագրում ներառված առնվազն հետևյալ հայտնի ընկերությունների ներարկիչները` BD, B BRAUN, TERUMO և այլն: Աշխատում է ավտոմատ իդենտիֆիկացվող 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 մլ ներարկիչներով: Պետք է աշխատի հնարավորինս բարձր ճշտագրությամբ: Խցանման տազնապի բազմամակարդակ, հոսքի խցանման տազնապ, Ներարկչի բացակայության տազնապ, ներարկչի դատարկության տազնապ, ինֆուզիայի ավարտ, մարտկոցի լիցքավորման սպառում, արտաքին սնուցման և մարտկոցի կապի խափանում, շարժիչի խափանում, մարտկոցի խափանում, KVO միացում, KVO ավարտ, Standby ավարտ, և այլն: Քաշը հնարավորինս թեթև: Հոսանքի աղբյուրը 100 - 240V, 50 - 60Hz, Մարտկոցները վերալիցքավորվող, Li մարտկոցներ,</p>

			մարտկոցների աշխատանքը առնվազն 5 ժամ: Պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Курацио ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЕЦΔУΠΩΡ-24/88 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
1			