

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
45	"Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում լիզիսի ենթարկող ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում կապիլյար և/կամ երակային արյան նմուշում Էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի(կառուցվածքաքանդման) համար, հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի, լեյկոցիտների և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 200 մլ պլաստիկ տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայությունն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
45	<p>"Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում լիզիսի ենթարկող ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում կապիլյար և/կամ երակային արյան նմուշում Էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի(կառուցվածքաքանդման) համար, հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի, լեյկոցիտների և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 200 մլ պլաստիկ տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE: "</p>