

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանտ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hologic	3Dimensions, Hologic	3Dimensions	Hologic	<p>Վերջին սերնդի թվային մամոգրաֆիկ համակարգ տոմոսինթեզով և ստերեոտակտիկ բիոպսիոն նավիգացիոն համակարգով Դետեկտոր Ամբողջական հարթ-պանելային դետեկտոր Դետեկտորի Նյութը ամորֆսելենից: Պիքսելի չափը տոմոսինթեզի ռեժիմում մկմ` 70, առանց պիքսելների համակցման Դետեկտորի ֆորմատը, սմ` 24x29 Տեսադաշտի չափերը, սմ` 24x29 և 18x24, Դետեկտորի պիքսելի տեսակը` քառակուսի Էքսպոզիցիայի ավտոմատ վերահսկում,</p>

իմպլանտանտների  
պատկերավորման ապահովումով  
Գեներատոր և խողովակ Լարման  
տիրույթ, կԿ՝ 20-49 Լարման քայլ, կԿ  
՝ 1, Անողի ջերմունակությունը՝  
300,000 ջերմային միավոր  
Ֆոկուսային հետքերի չափ, մմ՝ փոքր  
ՖՀ - 0.1, մեծ ՖՀ - 0.3: մԱ տիրույթը՝  
մեծ ՖՀ - 200, փոքր ՖՀ - 50  
Գեներատորի տեսակը՝  
ինվերտորային, բարձր հաստատուն  
պոտենցիալով Գենտրիի  
առանձնահատկությունները  
Ուղղահայաց շարժման տիրույթը՝  
սմ, 70 մինչև 141: Ֆոկուսային  
հեռավորություն՝ 700 մմ  
Ուղղահայաց ղեկավարվող շարժում,  
Պտտում՝ սմ +195o - -155o,  
Ֆիքսված պաշտպանիչ դիմակ  
պացիենտի համար, որը չի  
պատվում աղեղի հետ, Աղբյուր-  
դետեկտոր առավելագույն  
հեռավորությունը՝ 70սմ: Կրծքի  
կոմպրեսիա լրիվ կոմպրեսիոն  
տիրույթ՝ 89 - 178 N, մեխանիկական  
կոմպրեսիայի սահմանափակում,  
առավելագույնը վերին սահմանը՝  
300 N: Խոշորացում թեթև ածխածնի  
օպտիկա մանրաթելային

շրջանակով հարթակ, խոշորացման  
ֆակտորներ՝ 1,5x, 1,8x Ռենտգեն  
կոլիմացիա ավտոմատ կամ մանուալ  
ղեկավարվող, սահմանված չափսեր՝  
սմ, (24x29 և 18x24) Տոմոսինթեզի  
առկայություն, FDA  
հավաստագրված: Պատկերի  
ստացման նվազագույն ժամանակը՝  
10 վ, Կոմբինացված 2D և  
տոմոսինթեզի ռեժիմ մեկ  
կոմպրեսիայի ժամանակ (սինթետիկ  
2D), FDA հավաստագրված,  
Տոմոսինթեզի ռեժիմում ծավալային  
պատկերի թողունակությունը՝ 70  
մկմ: 6մմ հաստությամբ սալեր 3D  
տվյալներից ստացող հատուկ  
ռեժիմի առկայություն: Հիմնական  
սկանավորման եղանակներ 2D  
սկրինինգ 2D; 3D ախտորոշում  
Ղեկավարման աշխատանքային  
կայան Աշխատանքային կայանի  
համակարգային բլոկ Օպերատիվ  
հիշողություն, ԳԲ՝ 16 Կոշտ  
սկավառակ, ՏԲ՝ 1 Ապահովված՝ DVD  
+/- R/W Պատկերի արտացոլման  
բարձր թույլտվությամբ գունավոր  
մոնիտոր՝ 2ՄՊ Ստանդարտ  
հետազոտման սեղմակներ՝ - 24x29  
սմ սկրինինգ սեղմակ - 18x24 սմ

սկրինինգ սեղմակ - 10 սմ  
կոնտակտային սեղմակ:  
Ստերեոտակտիկ բիոպսիոն  
Նավիգացիոն համակարգ:  
Բիոպսիայի իրականացման համար  
հատուկ սեղմակների առկայություն`  
Բիոպսիայի իրականացում  
կարտեզյան կոորդինատների  
օգնությամբ Համակարգին կցված  
հպումային Էկրան - ասեղի  
ուղղորդված ավտոմատ  
դիրքավորում Երկու առանցքներում  
կանխադրված կոորդինատներով  
ավտոմատ դիրքավորում, Երրորդ  
առանցքի ուղղությամբ  
տարածության մեջ ասեղի ճշգրիտ  
դիրքավորմամբ Ճշգրտությունը` +/-  
1մմ, կողմնային բիոպսիայի  
Հնարավորություն, 3D բիոպսիայի  
հնարավորություն, Կոնտրաստ  
մամոգրաֆիայի իրականացման  
հնարավորություն, FDA  
հավաստագրված: Հանգույցների  
ավտոմատ համակարգչային  
հայտնաբերման ծրագրային  
փաթեթի հնարավորություն, FDA  
հավաստագրված: Բժիշկի համար  
նախատեսված աշխատանքային  
կայան, որը նախատեսված է

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 494-ЕДДС-12Р-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

մամոգրաֆիկ թվային պատկերներների և տոմոսինթեզի դիտարկման, մշակման, գնահատման և մեկնաբանման համար: Աշխատանքային կայանի համակարգչային բլոկ, Բարձրակարգ բժշկական մոնիտոր՝ 5 ՄՊ թողունակությամբ: Արագագործ օպերատիվ հիշողություն՝ 32 ԳԲ Հիշողության

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	<p>պահոց՝ 2 ՏԲ Ցանցային հստեղծելիք՝ 10/100/1000 base T</p> <p>Технические характеристики Ethernet: Ստեղնաշար, մկնիկ</p>
1					<p>Արտեսուարներ՝ Պաշտպանիչ դիմակ, Ինտեգրված կապար-ակրիլային պաշտպանիչ վահան՝ չափսերը՝ սմ, 219 x 86 ,Կապարի համարժեքությունը՝ սմ, 0,5 Մեծացնող սեղմակ, Երկֆունկցիոն ոտքի սեղմակ Տրամաչափարկման ֆանտոմ Հավաստագրերի առկայություն՝ CE հավաստագրի առկայություն FDA հավաստագրի առկայություն Երաշխիք՝ 12 ամիս տեղադրման և շահագործման պահից: Համակարգը ամբողջությամբ նոր է, չօգտագործված: Մոնտաժ և շահագործման սկիզբ, Բժշկական</p>

				աշխատակիցների ուսուցում սարքի հետ տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում:
--	--	--	--	---