

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
86	ԱԼԱՏի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT 220S ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 2x35մլ//1x15մլ/310 թեստ: Փաթեթավորում` ACCENT 220S վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT 220S ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8 C Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 For IVD use only







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦСЧ-ЕЦДЦПЗР-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
86	