

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ֆրանկլաբ	Էնգիմեքս L9	Էնգիմեքս L9	Ֆրանկլաբ	1-5 լիտրանոց գործ.փակ տարայով և համապատասխան չափիչ բաժակով հեղուկ խտանյութ, (մեկ լիտրը համարվում է 1 հատ չափման միավոր): Պարունակում է N,N- դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ մակերեսային ակտիվ նյութեր, ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր, կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Չի պարունակում

որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: PH-7,8-8,8:  
Վտանգավորության աստիճանը-4-րդ, 5-րդ դաս: 1 լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ՝ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻՎՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 5-30 րոպեում, ), ինչպես նաև օժտված է ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար, օժտված է ակտիվությամբ՝ հատուկ

				<p>վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչներին նկատմամբ: Նախատեսված է բժշկական գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման, նախամանրեազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար` երեքը մեկում միաժամանկ: Ունի որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով հաստատված են ներկայացված ցուցանիշները, երաշխավորված է Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից` նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:</p>
--	--	--	--	---



