

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	РЕНАМПЛАСТИН	РЕНАМПЛАСТИН	МБООИ "Общество больных гемофилией"	<p>Urit-600 վերլուծիչների համար նախատեսված / Neoplastine CI 5/: Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ` 6 x 5 մլ, 300 թեստ:Մեթոդ` մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: ISI արժեքը պետք է լինի 1.35-ից ցածր: QR կողի և շտրիխ կոդի առկայությունը պարտադիր է: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթի առկայությունը պարտադիր է: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները` For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի</p>

				վերահսկման միջազգային հավաստագրերի՝ ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene), ներկայացումը նյութի մատակարարման պահին պարտադիր է:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
17				