ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՐԻՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0601 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mindray	Consona N8, 2024 թ արտադրության	Mindray	Mindray, Երկիրը՝ Չինաստան,	Բարձր դասի թվային ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով և անխափան սնուցման սարքով Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ Mindray ֆիրմայի արտադրության, մոդելը Consona N8/ Կիրառման ոլորտներ՝որովայնի հետազոտություններ, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, սրտաբանություն, անոթներ, մկանա-կմախքային համակարգ, ուրոլոգիա, մակերեսային օրգաններ և կառուցվածքներ, մանկաբուժություն, նեոնատոլոգիա,

						օրթոպեդիա, ուռուցքաբանություն, տրանսկրանիալ հետազոտություններ, տրանսռեկտալ հետազոտություններ; Չափումների և ծրագրերի առկայություն՝ Որովայնի խոռոչ, Մանկաբարձություն, Գինեկոլոգիա, Մանկաբուժություն, Ուրոլոգիա, Սիրտ-անոթային համակարգ, Նեոնատոլոգիա, Ուռուցքաբանություն, Տրանսկրանիալ հետազոտություններ, Հենաշարժական համակարգ, Անգիոլոգիա, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Մակերեսային օրգաններ; Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ 5 հատ, Մոնիտոր՝ 21,5 դյույմ անկյունագծով, Հպումային Touch էկրան՝ 15,6 դյույմ անկյունագծով, Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ՝ ոչ պակաս քան 570.000, Դինամիկ դիապազոն՝ ոչ պակաս քան 256, Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Ֆոկուսների քանակը փոխանցման

						ժամանակ՝ ոչ պակաս քան 1-8, Սկանավորման խորություն՝ ոչ պակաս 38 սմ, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ/քառալիքանի մշակում, Պատկերների սեգմենտար մեծացում, հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև, պտույտ՝ ոչ պակաս քան 90°, 180°, 270°, Հետազոտվող հատվածի ավտոմատ վիդեո ձայնագրում՝ խմբագրելու, հաշվարկներ կատարելու և այնուհետև տեսանյութը ֆայլի մեջ ձայնագրելու ունակությամբ, Իրական ժամանակում պատկերի զտում, արտեֆակտների հեռացում, Պատկերի դետալավորում և արտեֆակտների կրճատում, Ստատիկ և դինամիկ պատկերների արխիվացման և հետագա դիտման համակարգ (պատկերների տվյալների բազա), պատկերները արտաքին կրիչների վրա պատճենելու և արխիվում չափումներ կատարելու հնարավորությամբ, Կոշտ սկավառակի ծավալ՝ ոչ պակաս քան 500GB, Պատկերի պահպանում՝ ոչ պակաս քան 350.000, Ստատիկ/դինամիկ պատկերների

						արխիվացիա կոշտ սկավառակների վրա JPEG, BMP, TIFF, AVI, DICOM ֆորմատով: Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով; Պարտադիր ռեժիմների առկայություն՝ Գունավոր դոպլեր CFM անկյունը փոխելու հնարավորությամբ, Գունավոր դոպլերի քարտեզագրում, Էներգետիկ դոպլեր PD անկյունը փոխելու հնարավորությամբ, Ուղղորդված էներգետիկ դոպլեր DPD, B, M ռեժիմներ, Անատոմիկական M ռեժիմ, Ճառագայթման իմպուլսների կրկնման բարձր հաճախականության ռեժիմ (HPRF), Իմպուլս-ալիքային դոպլեր PW, Անդադար-ալիքային դոպլեր CW, Հյուսվածքային դոպլեր TDI, Հյուսվածքային հարմոնիկա THI, Զարկերակային ինվերսիա, Համայնապատկերում, Դոպլերի կորերի ավտոմատ վերլուծություն, Դուպլեքս/Dual, Տրիպլեքս/Triplex, Քառակի/Quad ռեժիմներ, Համակցված ռեժիմներ, Միաժամանակյա ռեժիմներ, Տրապեզոիդ ռեժիմ, Zoom ռեժիմ,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АЙРИЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 24/0601 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Ճառագայթման իմպուլսների հաճախականության տիրույթ (PRF) իմպուլս-ալիքային դոպլեր ռեժիմում PW ոչ պակաս, քան 1,0–22,0 կՀց Ճառագայթման իմպուլսների հաճախականության տիրույթ (PRF) անդադար- ալիքային դոպլեր ռեժիմում CW ռեժիմում ոչ պակաս, քան՝ 1,0–55,0 կՀց Մոխրագույնի սանդղակ ոչ պակաս, քան 256 գրադացիա Ուժեղացման գոտիների քանակ՝ ոչ պակաս քան՝ 8 Կինոհանգույց, կադրերի քանակը ոչ պակաս քան՝ 40000; Սարքը պետք է ունենա հետևյալ ծրագրերի/օպցիաների հնարավորություն, հետագայում ձեռք բերելու համար՝ Դաունի սինդրոմի մարկեր, 3D/4D, Պատկերների եռաչափ վերակառուցում երեք հատվող հարթությունների տեսքով, Ծավալային ուլտրաձայնային տոմոգրաֆիա, Ստրես-Էխո, Ընդհանուր քներակ զարկերակի ինտիմա-մեդիա համալիրի ավտոմատ հաշվարկ, Սրտի ձախ փորոքի կծկման քանակական գնահատման ծրագիր, Պտղի սրտի

						ծավալային դինամիկ պատկերացում, Հյուսվածքների առաձգականության քանակական գնահատման ծրագիր, Կրծքագեղձի գոյացությունների ավտոմատ հայտնաբերման և վերլուծության ծրագիր, 5D Ծավալային սկանավորման ռեժիմում ֆոլիկուլների ավտոմատ չափումների ծրագիր, 5D Ծավալային սկանավորման ռեժիմում պտղի ներգանգային տարածության ավտոմատ չափման ծրագիր, Եռաչափ տվիչներ, Ներխոռոչային տվիչ 3-10ՄՀ հաճախականությամբ; Լրակազմ ՝ -Կոնվեքս տվիչ որովայնի, մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և անոթային հետազոտությունների համար Հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 2.0-8.0ՄՀց, էլեմենտների քանակ՝ ոչ պակաս քան 192, տեսադաշտի անկյուն՝ ոչ պակաս քան 56°, շառավիղ՝ ոչ պակաս քան 60մմ -Գծային տվիչ մակերեսային օրգանների և կառուցվածքների, ծայրամասային անոթների, նեոնատոլոգիայի և մանկաբուժության համար

					Հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 3.0-16.0 ՄՀց, էլեմենտների քանակ՝ ոչ պակաս քան 192, շառավիղ՝ ոչ պակաս քան 38մմ -Սեկտոր-ֆազային տվիչ տրանսկրանիալ և սրտաբանական հետազոտությունների համար Հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 2.0-4.0 ՄՀց, էլեմենտների քանակ՝ ոչ պակաս քան 64, տեսադաշտի անկյուն ՝ ոչ պակաս քան 90° -Համապատասխան հզորության անխափան սնուցման աղբյուրի առկայություն Սարքի՝ քաշը 65 կգ Էլեկտրամատակարարում Լարումը՝ 220Վ/50 Հց Որակի վկայականների առկայություն CE, ISO 13485 Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 365 օր Սարքի տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը իրականացվում է սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: