

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ֆոտոէլեկտրական սպեկտրոֆոտոմետր, որը նախատեսված է ջրային լուծույթներից քիմիական պարամետրերի վերլուծություն կատարելու համար, Սպեկտրային միջակայքը 325-ից 1000 նմ, օպտիկական խտությունը 0-2 A, կոնցենտրացիայի չափման միջակայքը 0,001-9999 միավոր: Անցանելիության գործակցի չափման միջակայքը 0 - 100%. Օպտիկական խտությունը 0-2: Անցանելիության գործակցի սխալի տոկոսը ոչ ավելին քան 0,1% :Կյուվետների առկայությունը` 20մմ,30մմ,50մմ. Ցանցի լարումը 220Վ, 50Գց, հզորությունը 80Վ Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն: Հալոգեն լամպ, կյուվետների կրող, ստուգիչ սվետոֆիլտրեր, աշխատանքային ձեռնարկ, սարքավորման անձնագիր, պետական ստուգման հավաստագիր, առաջնային ստուգման հավաստագիր:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Утѓишр УЊС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Спектрофотометр фотоэлектрический, предназначенный для выполнения анализов химических показателей из водных растворов. Имеет жидкокристаллический экран. Спектральный диапазон от 325 до 1000 нм, оптическая плотность (А) 0-2,0, диапазон измерения концентрации 0,001-9999ед., диапазон измерения коэффициента пропускания от 0 до 100%. Оптическая плотность от 0 до 2,0. Погрешность определения коэф.пропускания не более 0,1%. Наличие кювет 20мм, 30мм, 50мм. Напряжение сети 220В, 50ц, мощность 80Вт/ Наличие сертификата об утверждении типа. Лампа галогенная, кюветодержатель, контрольные светофильтры, руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки, свидетельство о первичной поверке