

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-24-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
72	Accu-Chek Active	Roche Diabetes Care	<p>Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեսթ-երիզ Accu-Chek Active գլյուկոմետրի համար և պարտադիր համատեղելի Accu-Chek Active գլյուկոմետրի հետ: Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզներ՝ նախատեսված ֆոտոմետրիկ մեթոդով չափման շաքարաչափի համար: Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Արյան ծավալը՝ 1-2 մկլ: Համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա: Տուփում թեստ-երիզների քանակը՝ առնվազն 50 հատ: Նոր է, չօգտագործված: Ֆորմատ՝ 1 թեսթ-երիզ: Տուփը բացելուց հետո թեսթ երիզների պիտանելիության ժամկետը չի փոխվում և մատակարարը պարտադիր ներկայացնում է կայունության /Stability/ սերտիֆիկատ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն</p>

			<p>մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Թեստ-երիզը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-24-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
72			