

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիկոն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-25-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ares	Ares	Ares	Բազմաեռուղին ունի 3 հոսքի հնարավորություն, աջակողմյան փակ փականներով Է: Լրակազմը պարունակում է բազմաեռուղի բարձր ճնշման` 1 հատ, որի հոսքագծերին ամրացված են` հեղուկի հոսքի համար նախատեսված համակարգ` պլատսիկե ծայրակալով, ռենտգենացայտուն նյութի համար ներարկման համակարգ, բարձր ճնշման երկարացուցիչ` ոչ պակաս, քան` 150սմ և առնվազն 800 PSI: Պոլսկցին ասեղը` 18G 7սմ, սուր, առանց թևիկների: Ճնշումը 500 PSI: Միացուցիչը բարձր հոսքի, ծայրակալը` սիլիկոնե: Կոնեկտորը` սիլիկոնե, հիմքը պոլիկարբոնատ, և բարձր դասի պոլիէթիլեն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ

				<p>փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիկոն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԸՃԱՊԶԲ-2024/16-25-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Ares	Ares	Ares	Мультитройник должен иметь возможность 3 потоков, должен быть с правосторонними закрытыми локами. Комплект должен содержать мультитройник высокого давления - 1 шт., к потоковым линиям которого должны быть прикреплены система для потока жидкости с пластиковым наконечником, инъекционная система для рентгенконтрастного вещества, удлинитель высокого давления не менее 150 см и не менее 800 PSI. Пункционная игла должна быть 18G 7см, острой, без крыльев. Давление - 500 PSI. Коннектор должен быть высокого потока, наконечник должен быть силиконовым. Коннектор должен быть силиконовым, основа - поликарбонат и высококачественный полиэтилен. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой

				<p>поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки.</p>
--	--	--	--	---