

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                |   |                   |                                   |   |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը             | ապրանքային<br>նշանը                           | մակնիշը           | արտադրողի<br>անվանումը            | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 38                 | Ortho Clinical<br>Diagnostics OCD | Ortho Clinical<br>Diagnostics<br>OCD Anti HCV | Կոնտրոլ` Anti HCV | Ortho Clinical<br>Diagnostics OCD | Կոնտրոլ` Anti HCV հեպատիտ Ց<br>հակաձևի հայտնաբերման MicroWell<br>եղանակով Vitros 3600<br>սարքավորման համար:<br>Պահպանման պայմանները 2-8°C<br>ջերմաստիճանում: Տուփում<br>քանակը`2 մակարդակ/3<br>հավաքածու: 6800731 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕУХԱՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар             |  |                   |                                |  |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|
|            | фирменное наименование         | товарный знак                          | марка             | наименование производителя     | технические характеристики   |
| 38         | Ortho Clinical Diagnostics OCD | Ortho Clinical Diagnostics OCDAnti HCV | Կոնտրոլ` Anti HCV | Ortho Clinical Diagnostics OCD | Կոնտրոլ` Anti HCV հեպատիտ B հակաձևի հայտնաբերման MicroWell եղանակով Vitros 3600 սարքավորման համար: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Տուփում քանակը`2 մակարդակ/3 հավաքածու: 6800731 |