

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
68	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոնի քանակական որոշման տեստ- հավաքածու	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոն (Elecsys FSH): Ֆոլեկուլ խթանող հորմոնի որոշման քանակական տեստ-հավաքածու: Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro

Diagnostic

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԵԴ-ԻՍՊԵԶՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴՈՎ-ԷՍՃՈՊԶԲ-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
68	Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Ֆոլիկուլ խթանող հորմոնի քանակական որոշման տեսու- հավաքածու	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Фолликулостимулирующий гормон Elecsys (Elecsys FSH). Количественный тест-набор для определения фолликулостимулирующего гормона. Для анализаторов Elexis и Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 100 решений. Тестируемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие торговой марки. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности имеется на момент доставки. Для диагностики in vitro

