

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Horizontal steam sterilizer	STH-N200DM	STH-N200DM	Infitek Co., Ltd	"Տարողությունը՝ 200լ, Տեսակը՝ հորիզոնական, էցիկի պատրաստման նյութը՝ կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ ; Դարակի առկայություն, Աշխատանքային ճնշումը՝ 0,1-ից 0.3ՄՊա: Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 144°C Ջերմաստիճանի միջակայք՝ 105-138°C Նախա և հետստերիլիզացիոն վակուումային փուլի առկայություն:Ավտոմատացված կառավարման հնարավորություն :Դռան փականը՝ ավտոմատ

վերահսկողության
հմարավորությամբ Էկրանը՝
սենսորային : Հզորությունը՝ 12ԿՎԱ :
Սնուցման աղբյուրը՝ 380V, 50Hz
Օգտագործողի ձեռնարկի
առկայությունն Օգտվողի
գոլորշակայուն հանդերձանքի
առկայություն՝ պաշտպանիչ գոգնոց,
ակնոց և ձեռնոցներ 1.
Մատակարարման պահին
ապրանքի հետ կներկայացվեն
հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը.
1.1 Որակը հավաստող CE Conformité
Européenne և ISO 13485 1.2
Ռեղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն
լեզվով: 2. Սարքի և սպասարկման
համար սահմանվում է 365
օրացուցային օր երաշխիքային
ժամկետ:՝ Սարքը պատվիրատուի
կողմից ընդունելու (տեղադրումից,
կարգաբերումից, ուսուցումից և
շահագործման հանձնելու) օրվա
հաջորդող օրվանից: 3.
Երաշխիքային ժամկետում
մատակարարը պարտավորվում է
անսարքությունը վերացնել մինչև 30
օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե
կողմերի միջև այլ ժամկետ
սահմանված չէ, սահմանված

				<p>Ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թթ. արտադրության է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , երաթողարկված չի 5 .Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EMXUQF-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Horizontal steam sterilizer	STH-N200DM	STH-N200DM	Infitek Co., Ltd	"Տարողությունը՝ 200լ, Տեսակը՝ հորիզոնական, էլեկտրական առատության սյուրճը՝ կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ ; Դարակի առկայություն, Աշխատանքային ճնշումը՝ 0,1-ից 0.3ՄՊա: Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 144°C Ջերմաստիճանի միջակայք՝ 105-138°C Նախա և հետստերիլիզացիոն վակուումային փուլի առկայություն:Ավտոմատացված կառավարման հնարավորություն :Դռան փականը՝ ավտոմատ

վերահսկողության
հմարավորությամբ Էկրանը՝
սենսորային : Հզորությունը՝ 12ԿՎԱ :
Սնուցման աղբյուրը՝ 380V, 50Hz
Օգտագործողի ձեռնարկի
առկայությունն Օգտվողի
գոլորշակայուն հանդերձանքի
առկայություն՝ պաշտպանիչ գոգնոց,
ակնոց և ձեռնոցներ 1.
Մատակարարման պահին
ապրանքի հետ կներկայացվեն
հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը.
1.1 Որակը հավաստող CE Conformité
Européenne և ISO 13485 1.2
Ռեղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն
լեզվով: 2. Սարքի և սպասարկման
համար սահմանվում է 365
օրացուցային օր երաշխիքային
ժամկետ:՝ Սարքը պատվիրատուի
կողմից ընդունելու (տեղադրումից,
կարգաբերումից, ուսուցումից և
շահագործման հանձնելու) օրվա
հաջորդող օրվանից: 3.
Երաշխիքային ժամկետում
մատակարարը պարտավորվում է
անսարքությունը վերացնել մինչև 30
օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե
կողմերի միջև այլ ժամկետ
սահմանված չէ, սահմանված

				<p>Ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թթ. արտադրության է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , երաթողարկված չի 5 .Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---