

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ավտոկլավ	SHINVA	XG1.U	Shinva Medical Instrument Co., Ltd.	Տարողությունը՝ 300լ, Տեսակը՝ հորիզոնական, Խցիկի պատրաստման նյութը՝ կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ Դարակի առկայություն Աշխատանքային ճնշումը՝ 0,1-ից 0.2ՄՊա Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 134°C Ջերմաստիճանի միջակայք՝ 121-134°C Նախա և հետստերիլիզացիոն վակուումային փուլի առկայություն Ավտոմատացված կառավարման հնարավորություն Դռան փականը՝

ավտոմատ վերահսկողության հմարավորությամբ Էկրանը՝ լուսադիոդային կամ հեղուկ-բյուրեղային կամ սենսորային Հզորությունը՝ 944Ա Սնուցման աղբյուրը՝ 380V, 50Hz Օգտագործողի ձեռնարկի առկայություն Օգտվողի գոլորշակայուն հանդերձանքի առկայություն՝ պաշտպանիչ գոգնոց, ակնոց և ձեռնոցներ: 1. Մատակարարման պահին ապրանքը կունենա հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը. 1.1 Որակը հավաստող CE Conformité Européenne կամ FDA Food and Drug Administration հավաստագիր և ISO 13485 1.2 Ուղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն լեզվով: 2. Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային

				<p>օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4.</p> <p>Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը կլինի 2024թ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չի լինի վերաթողարկված (not refurbished), 5.Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQTR-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					