

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	չորացնող պահարան	Stericell	404-2	BMT Medical Technology Ltd.	"Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ առնվազն 200°C Ձերմաստիճանային միջակայքը՝ առնվազն 60°C-ից 200°C Ծավալը՝ ոչ պակաս քան 300լ Խցիկի պատրաստման նյութը՝ կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ Դարակի առկայություն՝ առնվազն 2 Դռները՝ հերմետիկ փակվող Անվտանգության ազդանշանների առկայություն՝ գերջերմաստիճանի, հոսանքի գերազանցման և ջերմաստիճանի շեղումների ժամանակ Ցիրկուլյացիոն օդափոխիչի

առկայությունն Էկրանը՝
լուսադիոդային կամ հեղուկ-
բյուրեղային կամ սենսորային
Սնուցման աղբյուրը՝ 210-240V,
50-60Hz 1. Մատակարարման
պահին ապրանքը պետք է ունենա
հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը.
1.1 Որակը հավաստող CE Conformité
Européenne կամ FDA Food and Drug
Administration հավաստագիր և ISO
13485 1.2 Ուղեկցող ձեռնարկ՝
առնվազն անգլերեն կամ ռուսերեն
լեզուներով: 2. Սարքի և
սպասարկման համար սահմանվում
է առնվազն 365 օրացուցային օր
երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը
պատվիրատուի կողմից ընդունելու
(տեղադրումից, կարգաբերումից,
ուսուցումից և շահագործման
հանձնելու) օրվա հաջորդող
օրվանից: 3. Երաշխիքային
ժամկետում մատակարարը
պարտավոր է անսարքությունը
վերացնել մինչև 30 օրացույցային
օրվա ընթացքում, եթե կողմերի
միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ,
սահմանված ժամկետում
անսարքությունը չվերացնելու
դեպքում պայմանագիրն ենթակա է

				<p>միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի 2024թթ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5.Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXUQF-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					