

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BF-XP190	BF-XP190	BF-XP190	ՕԼԻՄՊՈՒՍ	Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ նախատեսված Olympus մակնիշի CV-190 plus տեսահամակարգի համար: Առավելությունները: NBI Նեդ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի հնարավորություն: Ներմուծվող մասի տրամագիծը՝ 2.8 մմ :Հեռավոր վերջավորության տրամագիծը՝ 3.1 մմ: Գործիքային անցուղու տրամագիծը՝ 1.2 մմ: Ճկման անկյուն Վերև/Ներքև 210° / 130°: Տեսադաշտ՝ 110° : Հստակության խորությունը՝ 2-50 մմ: Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Տեսադաշտի ուղղությունը՝

Ուղիղ: Պատման գործառույթ՝ Առկա:
Սարքը ունի պաշտոնական
համատեղելիություն կլինիկայում
առկա CV-190 Plus համակարգի
հետ: Նոր է, չօգտագործված,
չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ
ներառում է՝ տեղադրումը,
մոնտաժը, կարգավորումները:
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման
եւ տեխնիկական սպասարկման
համար տեսաբրոնխոսկոպան
արտադրող կազմակերպության
որակավորում ստացած
մասնագետի կողմից անձնակազմի
ուսուցման ապահովում:1.
Մատակարարման պահին
ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող
փաստաթղթերը. 1.1 Որակը
հավաստող CE Conformité
Européenne ISO 13485 1.2 Ուղեկցող
ձեռնարկ՝ առնվազն անգլերեն կամ
ռուսերեն լեզուներով: 2. Սարքի և
սպասարկման համար սահմանվում
է առնվազն 365 օրացուցային օր
երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը
պատվիրատուի կողմից ընդունելու
(տեղադրումից, կարգաբերումից,
ուսուցումից և շահագործման
հանձնելու) օրվա հաջորդող

				<p>օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի 2024թթ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5. Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EDXU72P-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BF-XP190	BF-XP190	BF-XP190	ՕԼԻՄՊԻՍ	Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ նախատեսված Olympus մակնիշի CV-190 plus տեսահամակարգի համար: Առավելությունները: NBI նեղ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի հնարավորություն: Ներմուծվող մասի տրամագիծը՝ 2.8 մմ :Հեռավոր վերջավորության տրամագիծը՝ 3.1 մմ: Գործիքային անցուղու տրամագիծը՝ 1.2 մմ: Ճկման անկյուն Վերև/ներքև 210° / 130°: Տեսադաշտ՝ 110° : Հստակության խորությունը՝ 2-50 մմ: Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Տեսադաշտի ուղղությունը՝

Ուղիղ: Պատման գործառույթ՝ Առկա:
Սարքը ունի պաշտոնական
համատեղելիություն կլինիկայում
առկա CV-190 Plus համակարգի
հետ: Նոր է, չօգտագործված,
չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ
ներառում է՝ տեղադրումը,
մոնտաժը, կարգավորումները:
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման
եւ տեխնիկական սպասարկման
համար տեսաբրոնխոսկոպան
արտադրող կազմակերպության
որակավորում ստացած
մասնագետի կողմից անձնակազմի
ուսուցման ապահովում:1.
Մատակարարման պահին
ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող
փաստաթղթերը. 1.1 Որակը
հավաստող CE Conformité
Européenne ISO 13485 1.2 Ուղեկցող
ձեռնարկ՝ առնվազն անգլերեն կամ
ռուսերեն լեզուներով: 2. Սարքի և
սպասարկման համար սահմանվում
է առնվազն 365 օրացուցային օր
երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը
պատվիրատուի կողմից ընդունելու
(տեղադրումից, կարգաբերումից,
ուսուցումից և շահագործման
հանձնելու) օրվա հաջորդող

				<p>օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի 2024թթ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5. Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	--