

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/317 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բիստոս	ԲԹ780	Բիստոս	<p>Հիվանդի հսկողության մոնիտորի համակարգ Հիվանդի մոնիտորի Էկրանի չափը առնվազն 15.6'' , գունավոր հպումային, LCD Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2 S-T սեգմենտի և առնվազն 16 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները` 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամս զգայունությունը` Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Ուժեղացման ընրությունը ` x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto Sweep Speed (mm/s)` 12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում` 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում ` 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում `1-25 Hz Ուժեղ ռեժիմում 5-20 Hz Սրտի</p>

զարկերի միջակայքը bpm` Մեծահասակների դեպքում`
15-300 Մանկական և նորածին` 15-350 RESP:
Շնչառության հաճախականություն: Շնչառության ձև:
Մեթոդը` Տրանս-տորակալ բիո-իմպենդաս Միջակայքը`
Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-RL Չափման
միջակայքը`0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը
(mm/s)` 6.25, 12.5, 25 SpO2 Թթվածնով
հագեցվածություն, պուլսի հաճախականություն,
պլետիզմոգրամմա: Համաձայն ISO 80601-2-61: 2017
Չափման միջակայքը` 0-100% Ճշգրտությունը (70-100%)
/ Մեծահասակ/մանկական - ± 2 % -նորածին` ± 3 %
Պերֆուզիան ինդեքս` 0.05-20 % Չարկերակային պուլսի
միջակայքը (bpm) - 25-250 NIBP Սիստոլիկ
Չարկերակային ճնշում, դիաստոլիկ զարկերակային
ճնշում, միջին ճնշում: Մեթոդը` Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ
Գործարկամ ռեժիմները` Manual / Auto / STAT Չափման
ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում
1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min
Պարամետրներ` Systolic, Diastolic, Mean
Սիստոլիկմիջակայք(mmHg)` -Մեծահասակ - 30-280
-Մանկական- 30-230 -Նորածնային- 30-145
Դիաստոլիկմիջակայք(mmHg)` -Մեծահասակ - 10-220
-Մանկական- 10-165 -Նորածնային- 10-105
Միջինմիջակայք(mmHg)` -Մեծահասակ - 10-240
-Մանկական- 10-175 -Նորածնային- 10-115 TEMP
ջերմաստիճանի տվյալներ: Համաձայն ISO
80601-2-56:2018 Միջակայք` 0-50 °C (41 to 122 °F)
Պարամետրներ` T1, T2, and TD IBP- ինվազիվ
զարկերակային ճնշում Ուղիներ 2 /4 ուղի Չափման

միջակայք (mmHg)՝ -50 to 400 IBP ռեժիմի ժամանակ
զարկերակային գծի պատկերում Էկրանի վրա ET Co2
Մեթոդը՝ ջերամդիզացում Սիջակայքը՝ 0.2-20 լ/ր S
Թրենդ 168 ժամ Ահազանգեր՝ 200 ֆիզիոլոգիական
ահազանգ, 100 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման
արդյունքը՝ 1000 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի
տևողությունը առնվազն 5 ժամ Համակարգչային
ծրագրային ինտերֆեյս՝ RJ45, USB, քույրի կանչ
Ամբողջական համակարգը պետք է բաղկացած լինի 20
հիվանդի մոնիտորից, որոնցից թվով 4 մոնիտորը պետք
է ուենա ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2, IBP, EtCO2 և
տպիչ հագեցվածությունը, 6 մոնիտոր ԷՍԳ, RESP, NIBP,
SPO2, TEMP2 և տպիչ , իսկ 10 մոնիտոր ԷՍԳ, RESP, NIBP,
SPO2, TEMP2 Համակարգի պետք է ներառի նաև
մոնիտորների հսկման թվով 2 ստացիոնար
կենտոնական կայան և 2 շարժական կայան
Ստացիոնար կայաների համակարգիչները առնվազն
պետք է բավարարեն հետևյալ պարամետրները՝ Core i5
11400, Cooler, Ram 16GB PC4, 2Tb HDD, մոնիտոր՝
DAHUA DHI-LM32-F200 /32'' Full HD/ Շարժական
կայանները պետք է տեղադրված լինի դյուրակիր
համակարգիչների վրա և իրական ժամանակում
ցուցադրում բոլոր մոնիտորների պարամետրները :
Մատակարարը պետք է տրամադրի համակարգի
անխափան գործարկամ համար բոլոր անհրաժեշտ
պարագաները՝ մալուխներ, հանգուցային ցանցային
սարքավորումներ և այլն: Համակարգի տեղադրումը և
գործարկումը կատարվում է մատակարարի կողմից:
Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3

				<p>աշխատանքային օրվա ընթացում: Հիվանդի մոնիտորների երաշխիքային ժամկետը առնվազն ` 2 տարի Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից` պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Убщщрп УщС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦЩР-24/317 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Бистос	БТ780	Бистос	Размер монитора пациента - не менее 15.6 дюймов, цветной ЖК-монитор Параметры мониторинга включают:ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2, анализ сегмента S-T и не менее 16 видов аритмий. NIBP двойная защита от избыточного давления ЭКГ в соответствии с IEC 60601-2-27:2012 Отведения:3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Чувствительность: Авто, 2.5 мм/мВ(х0.25), 5 мм/мВ (х0.5), 10 мм/мВ (х1.0), 20 мм/мВ (х2.0), 40 мм/мВ (х4.0) Выбор коэффициента усиления: х0.125, х0.25, х0.5, х1, х2, х4, авто Скорость развертки: (мм/сек): 12.5, 25, 50 Пропускная способность: в режиме диагностики:0.05-100 Гц в режиме контроля:0.5-40Гц в режиме эксплуатации: 1-25Гц в сильном режиме:5-20Гц Диапазон сердечных сокращений: уд/мин Взрослые: 15-300 Дети и

новорожденные: 15-350 RESP:Частота дыхания.Форма дыхания. Метод: трансторакальный биоимпеданс
Диапазон:Lead RA-LA, RA-LL,LA-RL,LL-RL Диапазон измерения: 0-120 об/мин Скорость развертки:(мм/сек): 6.25, 12.5, 25 SpO2Насыщенность кислородом, частота пульса, плетизмограмма.В соответствии с ISO 80601-2-61: 2017 Диапазон измерения: 0-100% Точность: (70-100%) / Взрослые/дети - ± 2 % - новорожденные ± 3 % Индекс перфузии: 0.05-20 %
Диапазон измерения частоты пульса:(уд/мин) - 25-250
NIBP Систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, среднее давление. Метод: автоматический осциллометрический. Режим работы:ручной / автоматический /непрерывный Время автоматического измерения:
1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480мин
Параметры: систолический, диастолический, средний
Систолический диапазон (мм рт. ст.): - взрослые - 30-280 -дети- 30-230 -новорожденные- 30-145
Диастолический диапазон (мм рт. ст.): - взрослые- 10-220 -дети- 10-165 -новорожденные- 10-105 Средний диапазон (мм рт. ст.): - взрослые- 10-240 -дети- 10-175 -новорожденные- 10-115 TEMPданные температуры.В соответствии с ISO 80601-2-56:2018 Диапазон:0-50°C (от 41 до 122 °F) Параметры:T1, T2, and TD IBP-инвазивное артериальное давление Каналы: 2 /4 канала Диапазон измерения(мм рт. ст.): от -50 до 400
Отображение артериальной линии в режиме IBP ET Co2

Метод:термодизацияДиапазон: 0.2-20 л/мин Хранение данных не менее: Тренды:168 часов Сигнал тревоги: 200 физиологических сигналов, 100 технических сигналов Результат NIBP измерения:1000 групп Время работы на батарее, не менее 5 часов Программный интерфейс компьютера:RJ45, USB, вызов медсестры

Полная система должна состоять из 20 мониторов для наблюдения за пациентами, из которых 4 монитора должны быть оснащеныЭКГ,RESP,NIBP,SPO2,TEMP2,IBP,EtCO2и принтером, 6 мониторов - ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2 и принтером, а 10 мониторов - ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2,TEMP2 Система также должна включать 2 стационарные центральные станции управления мониторами и 2 мобильные станции.Компьютеры стационарных станций должны, по меньшей мере, соответствовать следующим параметрам: Core i5 11400, Cooler, Ram 16GB PC4, 2Tb HDD, мониторDANUA DHI-LM32-F200 /32'' Full HD/ Мобильные станции должны быть установлены на ноутбуках и отображать настройки всех мониторов в режиме реального времени. Поставщик должен предоставить необходимый комплект для бесперебойной работы системы: кабели, сетевое оборудование и т. д.

Установка и запуск системы выполняются Поставщиком в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. Гарантийный срок на мониторы пациента, не менее 2 лет. Доставка и установка устройства должны производиться

поставщиком по адресу, указанному заказчиком