

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱԴԶԲ-24/210 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ (պահարան), Լամինար բոքս կեն սանվտանգության (BSC) 2-րդ դաս Biosafety cabinet II class	Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ (պահարան), Լամինար բոքս կեն սանվտանգության (BSC) 2-րդ դաս Biosafety cabinet II class	Աշխատանքային խցիկի ներքին լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 1340 մմ · Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն -առնվազն 1000 լյուքս · Պահարանի դասը - BSL class 2 A2 · Պահարանում օդի վերաշրջանառության աստիճանը-70% · Աշխատանքային խցիկը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 304 որակի չժանգոտվող պողպատից · 2-րդ դասի պաշտպանության լամինար պահարանը օգտագործվում է վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս և ապահովում է օպերատորի/կատարողի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը՝ միաժամանակ պաշտպանելով նմուշը արտաքին աղտոտումից: · Հնարավոր լինի աշխատել փոքր ծավալով թունավոր նյութերի հետ: · Աշխատանքի ընթացքում ոտնակի միջոցով դիմապակու բարձրության կարգավորման հնարավորություն · Ձայնային և տեսողական ազդանշանների առկայություն · Աշխատանքային տարածքը պետք է շրջապատված լինի բացասական ճնշմամբ · Մատակարարված և աղտոտված օդը մաքրվում է ULPA-ֆիլտրերով: · Առջևի LCD Էկրանով կամ կառավարման Էլեկտրոնային վահանակի միջոցով հնարավոր լինի

			<p>հեշտությամբ փոխել և սահմանել օդի հոսքի անհրաժեշտ պարամետրերը: · Կանգնակ` կենսաանվտանգության պահարանի համար · Աղմուկը` ոչ ավել, քան 59 դԲ · Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նանե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/210 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	<p>Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ (պահարան), Լամինար բոքս կենսանվտանգության (BSC) 2-րդ դաս Biosafety cabinet II class</p>	<p>Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ (պահարան), Լամինար բոքս կենսանվտանգության (BSC) 2-րդ դաս Biosafety cabinet II class</p>	<p>Աշխատանքային խցիկի ներքին լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 1340 մմ · Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն -առնվազն 1000 լյուքս · Պահարանի դասը - BSL class 2 A2 · Պահարանում օդի վերաշրջանառության աստիճանը-70% · Աշխատանքային խցիկը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 304 որակի չժանգոտվող պողպատից · 2-րդ դասի պաշտպանության լամինար պահարանը օգտագործվում է վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս և ապահովում է օպերատորի/կատարողի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը՝ միաժամանակ պաշտպանելով նմուշը արտաքին աղտոտումից: · Հնարավոր լինի աշխատել փոքր ծավալով թունավոր նյութերի հետ: · Աշխատանքի ընթացքում ոտնակի միջոցով դիմապակու բարձրության կարգավորման հնարավորություն · Ձայնային և տեսողական ազդանշանների առկայություն · Աշխատանքային տարածքը պետք է շրջապատված լինի բացասական ճնշմամբ · Մատակարարված և աղտոտված օդը մաքրվում է ULPA-ֆիլտրերով: · Առջևի LCD էկրանով կամ կառավարման էլեկտրոնային վահանակի միջոցով հնարավոր լինի</p>

			<p>հեշտությամբ փոխել և սահմանել օդի հոսքի անհրաժեշտ պարամետրերը: · Կանգնակ` կենսաանվտանգության պահարանի համար · Աղմուկը` ոչ ավել, քան 59 դԲ · Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ</p>
--	--	--	--