

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Baxter	AK 98	AK 98	Baxter	<p>Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք), Մարտկոցի առկայություն, Գունավոր սենսորային էկրանի առկայություն, Սարքը կարող է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում). 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների զտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր : Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային</p>

արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշանի առկայություն և վտոմատ միացման/անջատման հնարավորություն, վտոմատ ինքնաստուգման հնարավորություն և Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն՝ ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT/V) չափման և մոնիտորինգի համար :

Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին: Արյան հոսքի վերահսկում: Արյան արտահոսքի հայտնաբերում: Հոսքի արագությունը 20-ից մինչև 500 մլ/րոպե տիրույթում: Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39o C տիրույթում: Խտանյութի սպասում ռեժիմ: Հեպարինի համար

Ներարկիչ դիսպանսեր: Հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի արագություն՝ 300-ից 700 մլ / մթ տիրույթում (20 մլ/րոպ քայլով) Na և ՌԲՖ (ոլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորություն: Ոլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝  $\pm 50$  մլ կամ  $\pm 50$  մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) կամ կուտակված ոլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը : Առկա է սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգ: Առկա է ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով Առկա է ախտահանման մատյանը: Առկա է դրենաժային համակարգը Առկա է մեքենան համակարգչին միացնելու հնարավորությունը Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում)

Պարագաներ՝ Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը պետք է տրվեն Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) բոլոր սարքերի համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները) Սնուցում՝ 220 ից 240 Վ / 50 Հց Առաջարկվող սարքերը ունեն գրանցում ԵՏՄ (Եվրասիական տնտեսական միություն)-ի որևէ երկրում և նախատեսված լինեն ԵՏՄ-ում գրանցված երկու և ավելի արտադրողների պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար:

Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ISO 13485 , CE Mark (Directive 93/42/EEC) Մոդելը` Baxter AK 98
--

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					