

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWS Medical	SWS Medical	SWS-6000	SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.	Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր սենսորային Էկրանի առկայություն Սարքը կարող է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում). 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային

արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշանի առկայություն և վտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն և վտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն՝ ներկառուցված սարքի միջոցով Էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT/V) չափման և մոնիտորինգի համար: Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին: Արյան հոսքի վերահսկման առկայություն: Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն : Հոսքի արագությունը՝ 0,3-ից մինչև 600 մլ/րոպե տիրույթում: Դիալիզատի

ջերմաստիճաններն՝ 33-ից 40o C տիրույթում: Խտանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն: Հոսքի արագությունը 0.1- ից մինչև 10 մլ / ժամ: Հոսքի արագություն՝ 100-ից 1000 մլ / մթ տիրույթում (ոչ ավել քան 100 մլ/րոպ քայլով): Na և ՌԲՖ (ոլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն :

Ոլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ կամ ± 50 մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) կամ կուտակված ոլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն: Ունի ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով Ախտահանման մատյանի առկայություն: Ունի դրենաժային համակարգ Մեքենան կարող է միացված լինել համակարգչի

առկայությանը : Անսարքության
ավտոմատ ախտորոշում՝
ընթացքում սխալներն առցանց
հայտնաբերելու և ցուցադրելու
հնարավորությամբ (տեխնիկական
սպասարկման ռեժիմում)
Պարագաներ՝ Համակարգի
տեղադրման և ստանդարտացման
համար պահանջվող բոլոր
ծախսանյութերը ներառյալ:
Համալիրը ներառում է բոլոր
անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
(օրինակ՝ ջրի մաքրման
համակարգի միացման համար,
Էլեկտրական համակարգերի համար
անհրաժեշտ անջատիչներ
(Էլեկտրոնային համակարգերի
համար անհրաժեշտ ավտոմատներ
(ապահովիչներ)) և այլն) բոլոր
սարքերի համար մատակարարվում
են արյան ճնշումը չափելու
մանժետները (ճարմանդները)
Սնուցում՝ Սնուցում՝ 220 ից 240 Վ /
50 Հց Առաջարկվող սարքերը ունեն
գրանցում ԵՏՄ (Եվրասիական
տնտեսական միություն)-ի որևէ
երկրում և նախատեսված լինեն ԵՏՄ-

«ՍթերիՀոլ» ՍՊԸ	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-C-ELXU-12F-24/16	представляет полное описание предлагаемого им товара	<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>		<p>ում գրանցված ոչ պակաս քան երկու արտադրողների պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ISO 13485 ISO 9001 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
----------------	--	--	--	--	---

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					