

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	Վերլուծիչի տիպը. կիսաավտոմատ Մակարդելիության որոշման մեթոդը. Ֆոտո՝Էլեկտրական կոագուլոմետրերակի մագնիսական շղթայում խառնիչ գնդիկների շարժման կիրառմամբ, Իրականացվող թեստերի ցանկը. ՊԹԺ (PT), ԱՊԹԺ (APTT), ԹԺ (TT), Ֆիբրինոգեն (FIB), D-դիմերներ, մակարդման գործոններ (II, V, VII, IX, X, XI, XII), անտիթրոմբին-3, պրոտեին-C, պրոտեին-S, LA, HEP, LMWH, Արդյունքների հնարավոր միավորները. վրկ, %, ՄՆՀ (INR), հարաբերություն (R), գ/լ, մգ/դլ,

ՄՄ/մլ. Նմուշի տեսակը, ծավալը.
արյան պլազմա, 50-100մկլ,
Չափման իրականացման
անհրաժեշտ միանվագ
օգտագործման պարագաները.
պլաստիկ չորսկանալային
կյուվետներ, մագնիսական
խառնիչներ (գնդիկներ) Չափման
կանալները. Նվազագույնը 2 կանալ`
իրարից անկախ ժամանակաչափով
և ազդանշանային համակարգով,
Չափման ժամանակի տևողությունը.
60-999 վրկ, Նմուշի կամ ռեագենտի
ավելացման պահի ֆիքսումը.
Էլեկտրոնային պիպետի միջոցով
(Auto Startup), առանց պիպետի
(Manual Startup) Էկրանը. ոչ պակաս
5 դյույմ LCD դիսպլեյ Թերմոստատը.
Ներկառուցված ոչ պակաս 16
ինկուբացիայի բնիկներ նմուշների
համար, ոչ պակաս, 4 բնիկներ
ռեագենտների համար, որոնցից 1-ը
մագնիսական խառնիչով
Ինկուբացման ջերմաստիճանը. 37
0C +/- 1.0 0C Ինկուբացման
ժամանակի ցուցիչը. 2 անկախ
ցուցիչ Ինկուբացման ժամանակի
տևողությունը. 0-999 վրկ,
Ստեղնաշարի առկայություն.

				<p>Նվազագույնը 16 ֆունկցիոնալ կոճակներ, Չջնջվող հիշողության ծավալը. մինչև 1000 թեստերի արդյունքներ պահպանելու համար, Տպիչի տեսակը. ներկառուցված թերմոտպիչ Ինտերֆեյսը. զուգահեռ կապ` արտաքին տպիչի համար, հաջորդական RS-232 կապ` համակարգչի համար Լրացուցիչ սարքերի մաիցման հնարավորություն. Էլեկտրոնային պիպետ, Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը. 100-240 Վ, 50/60 Հց Մատակարարման հավաքակազմը. Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ սարքերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար` սարք, Էլեկտրասնուցման լար, թերմոտպիչի թուղթ (1 գլան), համապատասխան քանակի չորսկանալային կյուվետներ (160 հատ), խառնիչներ (640 հատ), խառնիչների ավելացման հարմարանք (1 հատ), Էլեկտրոնային պիպետ (1 հատ), սարքի ձեռնարկ` անգլերեն, կամ ռուսերեն, կամ հայերեն: Արտադրող ընկերության որակի հավաստագրերը. ISO-13485</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդտիստրվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	արյան վերլուծիչներ	Վերլուծիչի տիպը. կիսաավտոմատ Մակարդելիության որոշման մեթոդը. ֆոտոէլեկտրական կոագուլոմետր երկակի մագնիսական շղթայում խառնիչ գնդիկների շարժման կիրառմամբ, Իրականացվող թեստերի ցանկը. ՊԹԺ (PT), ԱՊԹԺ (APTT), ԹԺ (TT), ֆիբրինոգեն (FIB), D-դիմերներ, մակարդման գործոններ (II, V, VII, IX, X, XI, XII), անտիթրոմբին-3, պրոտեին-С, պրոտեին-S, LA, HEP, LMWH, Արդյունքների հնարավոր միավորները. վրկ, %, ՄՆՀ (INR), հարաբերություն (R), գ/լ, մգ/դլ,

ՄՄ/մլ. Նմուշի տեսակը, ծավալը.
արյան պլազմա, 50-100մկլ,
Չափման իրականացման
անհրաժեշտ միանվագ
օգտագործման պարագաները.
պլաստիկ չորսկանալային
կյուվետներ, մագնիսական
խառնիչներ (գնդիկներ) Չափման
կանալները. Նվազագույնը 2 կանալ`
իրարից անկախ ժամանակաչափով
և ազդանշանային համակարգով,
Չափման ժամանակի տևողությունը.
60-999 վրկ, Նմուշի կամ ռեագենտի
ավելացման պահի ֆիքսումը.
Էլեկտրոնային պիպետի միջոցով
(Auto Startup), առանց պիպետի
(Manual Startup) Էկրանը. ոչ պակաս
5 դյույմ LCD դիսպլեյ Թերմոստատը.
Ներկառուցված ոչ պակաս 16
ինկուբացիայի բնիկներ նմուշների
համար, ոչ պակաս, 4 բնիկներ
ռեագենտների համար, որոնցից 1-ը
մագնիսական խառնիչով
Ինկուբացման ջերմաստիճանը. 37
0C +/- 1.0 0C Ինկուբացման
ժամանակի ցուցիչը. 2 անկախ
ցուցիչ Ինկուբացման ժամանակի
տևողությունը. 0-999 վրկ,
Ստեղնաշարի առկայություն.

				<p>Նվազագույնը 16 ֆունկցիոնալ կոճակներ, Չջնջվող հիշողության ծավալը. մինչև 1000 թեստերի արդյունքներ պահպանելու համար, Տպիչի տեսակը. ներկառուցված թերմոտպիչ Ինտերֆեյսը. զուգահեռ կապ` արտաքին տպիչի համար, հաջորդական RS-232 կապ` համակարգչի համար Լրացուցիչ սարքերի մաիցման հնարավորություն. Էլեկտրոնային պիպետ, Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը. 100-240 Վ, 50/60 Հց Մատակարարման հավաքակազմը. Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ սարքերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար` սարք, Էլեկտրասնուցման լար, թերմոտպիչի թուղթ (1 գլան), համապատասխան քանակի չորսկանալային կյուվետներ (160 հատ), խառնիչներ (640 հատ), խառնիչների ավելացման հարմարանք (1 հատ), Էլեկտրոնային պիպետ (1 հատ), սարքի ձեռնարկ` անգլերեն, կամ ռուսերեն, կամ հայերեն: Արտադրող ընկերության որակի հավաստագրերը. ISO-13485</p>
--	--	--	--	--

