

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 63                 | VIT D                 | VIT D               | MonoBind               | Վիտամին Դ-ի(ընդհանուր) որոշման թեստ հավաքածու,<br>Vitamin D (Total) ELISA, Ներառյալ բոլոր<br>կալիբրատորները և կոնտրոլները: Մեթոդ<br>իմունոֆերմենտային, ինկուբացիոն ժամանակ 30/30/20<br>րոպե, ալիքի երկարություն 450nm, անալիտիկ<br>զգայնությունը ոչ ավել քան 1.140 ng/mL, հետազոտվող<br>նմուշ - արյան շիճուկ, ֆորմատ - 96 թեստ. CE mark կամ<br>ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձման<br>պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես<br>ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը:<br>Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic<br>only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել<br>իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի<br>ցանկության: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲՆԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики  |
| 63         | VIT D                  | VIT D         | MonoBind                   | Վիտամին Դ-ի(ընդհանուր) որոշման թեստ հավաքածու, Vitamin D (Total) ELISA, ներառյալ բոլոր կալիբրատորները և կոնտրոլները: Մեթոդ իմունոֆերմենտային, ինկուբացիոն ժամանակ 30/30/20 րոպե, ալիքի երկարություն 450nm, անալիտիկ զգայնությունը ոչ ավել քան 1.140 ng/mL, հետազոտվող նմուշ - արյան շիճուկ, ֆորմատ - 96 թեստ. CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: |