

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
64	AST	AST	Delta Ltd	<p>ԱՍՏ , Ասպարտամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու, 2x100մլ = 200 թեստ ոչ ավել /1 թեստը 1 մլ է/:Բաղկացած` R1 - 1x80 մլ բուֆեր-սուբստրատային ռեագենտ R2 - 1x20 մլ NADH</p> <p>Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը:</p> <p>Սերտիֆիկատ : ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲԱԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
64	AST	AST	Delta Ltd	ԱՍՏ , Ասպարտատամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու, 2x100մլ = 200 թեստ ոչ ավել /1 թեստը 1 մլ է/:Բաղկացած՝ R1 - 1x80 մլ բուֆեր-սուբստրատային ռեագենտ R2 - 1x20 մլ NADH Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ : ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: