

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Acura 825,613-4873	Socorex	<p>2-20 մլլ ծավալով մեխանիկական ճշգրիտ միկրոպիպետ, պրեմիում դասի, սերտիֆիկացված, նախատեսված քիմիական և կենսաբանական հետազոտությունների համար, որոնք պահանջում են շատ բարձր ճշտություն և արդյունքների վերարտադրելիություն, Socorex Acura 825, Ependorf Reference 2, Pipet-Lite Pipette Univ. SL-1000XLS+ կամ նմանատիպ, համարժեք հետևյալ պարամետրերով. բարձր ճշտությամբ, առնվազն 2-20 մլլ փոփոխական ծավալով, թվային ցուցասարքի առկայությունը՝ ծավալի ճշգրիտ և հարմարավետ կարգավորումների համար, միկրոպիպետի գունավոր կոդավորում, ամբողջությամբ ավտոկլավացվող պիպետներ, ավտոկլավացումից կամ մաքրումից հետո չի պահանջում քսանյութի օգտագործում, ծայրակալի հարմարավետ արտանետման համար գործող կոճակով, իրանը կայուն է քիմիական ազդեցությանը: Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP: Փաթեթավորումը գործարանային: Ներառյալ 1000 հատ միկրոպիպետի ծայրակալ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն առնվազն 1 տարի: Արպանքը պետք է</p>

			լինի նոր , չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղիսը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Acura 825,613-4873	Socorex	<p>2-20 մկլ ծավալով մեխանիկական ճշգրիտ միկրոպիպետ, պրեմիում դասի, սերտիֆիկացված, նախատեսված քիմիական և կենսաբանական հետազոտությունների համար, որոնք պահանջում են շատ բարձր ճշտություն և արդյունքների վերարտադրելիություն, Socorex Acura 825, Ependorf Reference 2, Pipet-Lite Pipette Univ. SL-1000XLS+ կամ նմանատիպ, համարժեք հետևյալ պարամետրերով. բարձր ճշտությամբ, առնվազն 2-20 մկլ փոփոխական ծավալով, թվային ցուցասարքի առկայությունը՝ ծավալի ճշգրիտ և հարմարավետ կարգավորումների համար, միկրոպիպետի գունավոր կոդավորում, ամբողջությամբ ավտոկլավացվող պիպետներ, ավտոկլավացումից կամ մաքրումից հետո չի պահանջում քսանյութի օգտագործում, ծայրակալի հարմարավետ արտանետման համար գործող կոճակով, իրանը կայուն է քիմիական ազդեցությանը: Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP: Փաթեթավորումը գործարանային: Ներառյալ 1000 հատ միկրոպիպետի ծայրակալ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն առնվազն 1 տարի: Արպանքը պետք է</p>

			լինի նոր , չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--