

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SAFE AQ VOICE	SAFE AQ VOICE	Sinocare Inc	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ գործարանային տուփով, յուրաքանչյուր տուփում 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից (յուրաքանչյուր երիզ առանձին է փաթեթավորված ) Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավորվում է նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել ( կախված պատվիրատուի պատվերից) շաքարաչափ սարքեր (1000 հատ): Չափման արագություն` 5վրկ: Չափման միջակայքը` 1,1 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` 0,6մկլ: որակի սերտիֆիկատ` տվյալ խմբաքանակի համար հաստատված արտադրող

				գործարանի կողմից: Երաշխիք՝ 12 ամսվա, տրամադրած սարքերի համար: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 , ISO 15197
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	SAFE AQ VOICE	SAFE AQ VOICE	Sinocare Inc	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ գործարանային տուփով, յուրաքանչյուր տուփում 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից (յուրաքանչյուր երիզ առանձին է փաթեթավորված ) Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավորվում է նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել ( կախված պատվիրատուի պատվերից) շաքարաչափ սարքեր (1000 հատ): Չափման արագություն՝ 5վրկ: Չափման միջակայքը՝ 1,1 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ: որակի սերտիֆիկատ՝ տվյալ խմբաքանակի համար հաստատված արտադրող

				գործարանի կողմից: Երաշխիք՝ 12 ամսվա, տրամադրած սարքերի համար: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 , ISO 15197
--	--	--	--	---