

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Օդի ռեցիբկուլյատոր	Shinva	ykx.z-x-1000	Shinva Medical Instrument Co. Ltd.	Օդի ռեցիբկուլյատոր Դիսփլեյի առկայություն Արտադրողականություն՝ 100 մ3/ժամ Մանրէաբանական Էֆեկտիվություն 99.9 % 3 ներկառուցված լամպերի առկայություն Մանրէազերծ լամպերի ընդհանուր գումարային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը 24 Ուլտրամանուշակագույն լամպերի կյանքի տևողությունը՝ 9000ժամ Չայնային աղմուկը42 դԲա Սնուցումը 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և

				<p>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ երկու լրացուցիչ լամպ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲՈՃԱՊՁԲ-2024/92
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					