

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2024-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EVLT անոթային և բաց վիրահատական լազերային համակարգ	Lasotronix	SmartSG3	Lasotronix Sp. z o.o.	Տիպը` դիոդային լազեր լազերի տեսակը` դիոդ, կիսահաղորդիչ, երկակի ալիքային երկարության, երրորդ ալիքի ավելացման հնարավորություն Ալիքի երկարությունը` 1470 նմ և 635 նմ: Հզորությունը` 15 Վտ Դիրքավորման ճառագայթի հզորությունը` 1,4մՎտ Դիրքավորման ճառագայթի ալիքի երկարությունը` 680 նմ տիրույթում Գործառնական ռեժիմները` շարունակական, մոդուլացված, մեկ պուլսային Պուլսացիայի ժամանակը` ստորին շեմը 50 մկվ , վերին շեմը 10 վրկ Առաքման միջոցը`

օպտիկամանրաթելային
Օպտիկամանրաթելի միակցիչը՝ SMA
905 տիպի, նախատեսված 400 մկմ-
ից մինչև 800 մկմ միջուկների
համար, բաց համակարգ Լարի
երկակությունը 180սմ Մեկնարկը՝
նոքի անջատիչով Էկրանը՝ 7 դյույմ
գունավոր TFT, սենսորային
կառավարմամբ Հատուկ անոթային
ծրագրային ռեժիմի առկայություն
Սառեցման համակարգը՝
ջերմաէլեկտրական հովացում
առանց ակտիվ օդափոխության:
Տազնապի ազդանշաններ բոլոր
ռեժիմներում առնազն՝ նոքի
անջատիչի կորուստ,
օպտիկամանրաթելի կորուստ,
անվտանգության անջատարը
միացված է, լազերը սառն է, լազերը
գերտաք է Բժշկական սարքի դաս՝
IIb Լազերային անվտանգության
դաս՝ 4 Էլեկտրական
անվտանգության դաս՝ առնվազն
դաս I տիպ B, EN60601-1 I դաս
Պաշտպանության աստիճանը՝ IPX6
Էլեկտրամատակարարումը՝ 100-240
VAC; 50/60 Հց Սարքը պետք նոր է,
չօգտագործված, լրակազմում
ներառում է լիարժեք աշխատանքի

				<p>համար նախատեսված բոլոր պարագաները, այդ թվում միանգամյա օգտագործման անոթային օպտիկամանրաթելի 2 կոմպլեկտ, անվտանգության ակնոցներ բժշկի և հիվանդի համար, մանրաթելի ներմուծման կաթեթր 14G, թերապևտիկ բիոմոդուլյացիոն ծայրակալ, բաց վիրահատական ծայրակալ, օպտիկամանրաթելի մերկացնող սարք, օպտիկամանրաթելի կտրիչ, պահեստային օպտիկական գտիչ, ոտքի անջատիչ: Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայագրեր, ISO 13485:2016, CE 93/42/EEC, annex II, EU 90/385/EEC, EU 2017/745, MDR (2023/607)</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦАՊՁԲ 2024-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	EVLT անոթային և բաց վիրահատական լազերային համակարգ	Lasotronix	SmartSG3	Lasotronix Sp. z o.o.	Տիպը՝ դիոդային լազեր լազերի տեսակը՝ դիոդ, կիսահաղորդիչ, երկակի ալիքային երկարության, երրորդ ալիքի ավելացման հնարավորություն Ալիքի երկարությունը՝ 1470 նմ և 635 նմ: Հզորությունը՝ 15 Վտ Դիրքավորման ճառագայթի հզորությունը՝ 1,4մՎտ Դիրքավորման ճառագայթի ալիքի երկարությունը՝ 680 նմ տիրույթում Գործառնական ռեժիմները՝ շարունակական, մոդուլացված, մեկ պուլսային Պուլսացիայի ժամանակը՝ ստորին շեմը 50 մկվ , վերին շեմը 10 վրկ Առաքման միջոցը՝

օպտիկամանրաթելային
Օպտիկամանրաթելի միակցիչը՝ SMA
905 տիպի, նախատեսված 400 մկմ-
ից մինչև 800 մկմ միջուկների
համար, բաց համակարգ Լարի
երկակությունը 180սմ Մեկնարկը՝
նոքի անջատիչով Էկրանը՝ 7 դյույմ
գունավոր TFT, սենսորային
կառավարմամբ Հատուկ անոթային
ծրագրային ռեժիմի առկայություն
Սառեցման համակարգը՝
ջերմաէլեկտրական հովացում
առանց ակտիվ օդափոխության:
Տազնապի ազդանշաններ բոլոր
ռեժիմներում առնազն՝ նոքի
անջատիչի կորուստ,
օպտիկամանրաթելի կորուստ,
անվտանգության անջատարը
միացված է, լազերը սառն է, լազերը
գերտաք է Բժշկական սարքի դաս՝
IIb Լազերային անվտանգության
դաս՝ 4 Էլեկտրական
անվտանգության դաս՝ առնվազն
դաս I տիպ B, EN60601-1 I դաս
Պաշտպանության աստիճանը՝ IPX6
Էլեկտրամատակարարումը՝ 100-240
VAC; 50/60 Հց Սարքը պետք նոր է,
չօգտագործված, լրակազմում
ներառում է լիարժեք աշխատանքի

				<p>համար նախատեսված բոլոր պարագաները, այդ թվում միանգամյա օգտագործման անոթային օպտիկամանրաթելի 2 կոմպլեկտ, անվտանգության ակնոցներ բժշկի և հիվանդի համար, մանրաթելի ներմուծման կաթեթր 14G, թերապևտիկ բիոմոդուլյացիոն ծայրակալ, բաց վիրահատական ծայրակալ, օպտիկամանրաթելի մերկացնող սարք, օպտիկամանրաթելի կտրիչ, պահեստային օպտիկական գտիչ, ոտքի անջատիչ: Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայագրեր, ISO 13485:2016, CE 93/42/EEC, annex II, EU 90/385/EEC, EU 2017/745, MDR (2023/607)</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------