

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ցենտրիֆուգ	Low Speed Centrifuge	LC-05C	Ari medical Technology Co., Ltd	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. 5-ից 20մլ («Կակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների,

արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ` ժամանակաչափով Դռան արգելափակումը Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը պետք է հագեցած լինի ֆիքսված անկյան ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում` ոչ պակաս քան 12 փորձանոթ  
Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար

					Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷՍՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	центрифуга	Низкоскоростная центрифуга	LC-05C	Ari medical Technology Co., Ltd	Центрифуга В лаборатории необходима центрифуга для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования. Компактная конструкция для работы без вибрации. Настольная версия Емкость пробирки. От 5 до 20 мл (пробирки «Вакутейнер»). Панель управления (переключатель пуска/останова, динамические тормоза, бесступенчатый регулятор скорости с таймером, переключатель нулевого запуска и индикатор скорости с таймером)

				<p>Дверной замок Техническое обслуживание — бесщеточный двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем. Диапазон скоростей. в диапазоне от 200 до 5000 об/мин. Расходные материалы, запасные части и расходные материалы для конфигурации системы Центрифуга должна быть оборудована ротором с фиксированным углом. Количество мест для пробирок в угловом роторе: не менее 12 пробирок. Электропитание: 220 В, 50/60 Гц.</p> <p>Оборудование и аксессуары Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке</p> <p>Оборудование новое, неиспользованное. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия 24 месяца Сертификаты качества ISO13485 Маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС)</p>
--	--	--	--	--