ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	DEF-7000	Արի Մեդիքալ Մեդիքլ Տեխնոլոգի Էքուիփմընթ ԼԹԴ	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով Դյուրակիր, թեթև, ավտոմատ արտաքին մարտկոց կամ մարտկոցով աշխատող սարք՝ կյանքի հիմնական աջակցություն պահանջող հիվանդների բուժման համար: Ամբողջ սարքի քաշը՝ առանց մարտկոցների կամ մարտկոցի, հեշտացնում է փոխադրումը: Ընդհանուր չափերը հեշտացնում են պահումը և տեղափոխումը: Սարքի կառուցվածքը նախատեսված է բժշկի գրասենյակում և (կամ) հիվանդանոցում գործնական բնորոշ

						պայմաններին դիմակայելու համար: Սարքը կարող է դիմակայել շտապօգնության հետ կապված ծանր աշխատանքային պայմաններին: Սարքն անվտանգ է օգտագործման և՛ օպերատորի, և՛ հիվանդի համար Դեֆիբրիլյատոր Գործառնական ռեժիմները՝ ոչ պակաս քան ձեռքով, AED, պեյսեր, ԷՍԳ, SpO2 Էներգետիկ քայլեր. 1-ից 360 ջոուլ՝ ոչ պակաս քան 14 քայլ Բեռնաթափում. Ոչ պակաս քան 90 հարված 360 ջոուլով 20 ° C ջերմաստիճանում Պետք է ունենա դեֆիբրիլյատորի լիցքավորման վերականգնում 5 վայրկյանում համաձայն IEC 60601-2-28- ի Լիցքավորման ժամանակը (կուտակիչը ամբողջությամբ լիցքավորված է). Ոչ պակաս քան Լիցքավորման ժամանակը մինչև 200 ջոուլ. ոչ ավելի քան 6 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 7 վայրկյանի ընթացքում) Լիցքավորման ժամանակը մինչև 360 ջոուլ. ոչ ավելի քան 12 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ

						հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 14 վայրկյանի ընթացքում) Հետաձգման ժամանակը. ոչ ավելի քան 60 մվրկ սինխրոնիզացիայի իմպուլսի և էներգիայի լիցքաթափման միջև Պետք է ունենա ԷՍԳ- մոնիտորինգ ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5 Lea Արտածումներ I, II, III, aVR, aVL, aVF, շեղբեր, բարձիկներ Էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան 5,7" TFT-LCD էկրան Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 800x600 պիքսել Ֆիլտր՝ միացվող 50 Հց Գործառույթները՝ ոչ պակաս քան Ազդանշանի ուժեղացում, սիստոլի ազդանշան, սրտի բաբախման զարկերի հաճախություն, թիակի պաշտպանություն, էներգետիկ աստիճան, մարտկոցի հզորություն, սրտի տագնապի սահմանափակումներ Տագնապ. փոփոխական՝ բարձր և ցածր սրտի բաբախների համար Պուլս-օքսիմետրիա - մոդուլ: Ինդիկացիոն ցուցանիշի սահմանը. ոչ պակաս քան 100-ից 0% Ստուգաչափման միջակայքը. ոչ պակաս քան 100-ից 50% Չափման ճշգրտություն՝ SpO2

						Մեծահասակները՝ ոչ պակաս քան 100-ից 70% ± 2 նիշ, 69-ից 50% ± 3 նիշ Գործառնական ռեժիմ՝ շարունակական Իրականացման ժամանակը՝ 2 վրկ Պետք է ունենա տպիչ Տպիչի տեսակը. Ջերմային փոխանցման գլխիկ, ոչ պակաս քան 1-ալիքային Թողունակությունը՝ 8 բիթ / 200 կետ/ դույմ Գործառնական ռեժիմներ. Ավտոմատ տպում (պրոտոկոլային տպագրություն, որը ցույց է տալիս 5 վրկ. առաջ դեպքերը դեֆիբրիլյացիայից առաջ և 5 վրկ. հետո) ԷՍԳ տպագրություն (EKG առցանց պրոտոկոլային տպագրություն) 1/3 ալիքային տպագիր, 4 ալիքային ձևաչափ Անվտանգություն՝ ոչ պակաս քան Դասակարգում. Պաշտպանության տեսակ II, տեսակ BF, բժշկական սարքի դաս 2b Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վոլտ/50Հց և փոփոխվող մարտկոցով Փոփոխվող մարտկոց. Ոչ պակաս քան 12 վոլտ 2500mAh, Li-ion մարտկոց կամ համարժեք մարտկոց Քաշը՝ ոչ ավելի քան 8 կգ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Дефибриллятор с монитором	Дефибриллятор с монитором	DEF-7000	Ари Медицинские Технологии Ко., Лтд.	Дефибриллятор с монитором Портативное, легкое автоматизированное внешнее устройство с батарейным питанием для лечения пациентов, нуждающихся в элементарной поддержке жизнедеятельности. Вес всего устройства, за исключением батарей или аккумуляторов, обеспечивает легкую транспортировку. Габаритные размеры обеспечивают удобство хранения и переносимость. Корпус сконструирован таким образом,

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

						чтобы выдерживать стандартные условия эксплуатации в кабинете врача и / или больнице. Устройство выдерживает суровые условия эксплуатации, связанные с использованием скорой помощи. Устройство безопасно в использовании как для оператора, так и для пациента. Дефибриллятор Режимы работы: не менее чем ручной, AED, кардиостимулятор, ЭКГ, SpO2 Энергетические ступени: от 1 до 360 джоулей не менее чем 14 ступеней Разряды: не менее чем 90 ударов при 360 джоулях при 20°C. Должно быть время восстановления разряда дефибриллятора 5 сек в соответствии с IEC 60601-2-28 Время зарядки (аккумулятор полностью заряжен): не менее чем Время зарядки до 200ДЖ: не более чем в течение 6 секунд при номинальном основном напряжении /основном напряжении постоянного тока (батарея не более чем в течение 7 секунд) Время зарядки до 360J: не более чем в течение 12 секунд при номинальном основном

						напряжении /основном напряжении постоянного тока (батарея не более чем в течение 14 секунд) Время задержки: не более чем 60 мс между импульсом синхронизации и разрядом энергии Должен иметь ЭКГ-мониторинг Монитор ЭКГ: 3/5 Леа Выводы I, II, III, aVR, aVL, aVF, лопасти, колодки Размер экрана: не менее чем 5,7 дюйма по диагонали TFT-LCD экрана Разрешение: не менее чем 800x600 пикселей Фильтр: подключаемый 50 Гц Функции: не менее чем Усиление сигнала, звуковой сигнал систолы, частота сердечных сокращений, отведение лопасти, шаг энергии, емкость аккумулятора, пределы сердечной тревоги Сигнал тревоги: переменный для высокой и низкой частоты сердечных сокращений Пульсоксиметрия – модуль: Диапазон индикации: не менее чем от 100 до 0% Диапазон калибровки: не менее чем от 100 до 50% Точность измерения: SpO2 Взрослые: не менее чем от 100 до 70 % ± 2 цифры, от 69 до 50 % ± 3

						цифры Режим работы: непрерывный Время срабатывания: 2 секунды Должен иметь принтер Printer type: thermal transfer head, not less than 1-channel Разрешение: 8 бит / 200 точек на дюйм Режимы работы: Автоматическая печать (печать протокола, показывающего события 5 секунд до и 5 секунд после дефибрилляции) Печать ЭКГ (печать протокола ЭКГ в режиме онлайн) 1/3-канальная печать, 4-канальная форма сигнала Безопасность: не менее чем Классификация: Тип защиты II, тип BF, класс медицинского оборудования 2b Источник питания: 220 В / 50 Гц и от сменного аккумулятора Сменный аккумулятор: не менее чем 12 Вольт 2500 мАч, литий-ионный аккумулятор или эквивалентный аккумулятор Вес: не более чем 8 кг Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В

					комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент