

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Ջրի թորիչ	Ջրի թորիչ	YAZD - 10WS-220V	Արի Մեդիքալ Մեդիքլ Տեխնոլոգի Էքոլիփմընթ ԼԹԴ	Ջրի թորիչ Ջրի թորիչը պետք է հեռացնի լուծվող պինդ նյութերը և պիրոգենները ջրի ծորակի կամ լրացուցիչ մշակված ջրից Ջրի թորիչը պետք է հագեցած լինի թերմոստատով, իսկ ջրի մակարդակի անջատիչը պետք է ապահովի ավտոմատ շահագործում Պետք է պաշտպանված լինի գերտաքացումից՝ անջատելով, երբ ջրամատակարարումն ընդհատվում է: Հեշտ մաքրվում է՝ կոնդենսատը սարքի մարմնից հանելով Չժանգոտվող պողպատից երկպատանի կամերան ինսայում է

				<p>Էլեկտրաէներգիան Տարողությունը՝ 10 լ, թորած ջրի ելքը՝ ոչ պակաս քան 10 լ/ Ժ Նյութը Ներքին նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Արտաքին նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ կամ պողպատյա թիթեղ Անվտանգության սարք Պետք է ունենա ջրի մակարդակի անջատիչի Պետք է ունենա գերտաքացման թերմոստատ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Հզորություն՝ ոչ ավելի քան 10 կՎ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Устройство для дистилляции воды	Устройство для дистилляции воды	YAZD - 10WS-220V	Ари Медицинские Технологии Ко., Лтд.	Устройство для дистилляции воды Дистиллятор должен удалять большинство растворенных твердых веществ и пирогенов из водопроводной воды или предварительно очищенной воды. Дистиллятор должна быть оснащена термостатом, а переключатель уровня воды должен обеспечивать автоматическую работу. Должен быть защищен от перегрева отключением при прерывании подачи воды. Легко моется путем извлечения конденсатора из

корпуса. Камера с двойными стенками из нержавеющей стали экономит электроэнергию. Емкость: 10 л, производительность дистиллированной воды: не менее чем 10 л/ч
Материал: Внутренний материал: нержавеющая сталь
Внешний материал: нержавеющая сталь или стальной лист
Предохранительное устройство: Должен быть переключатель уровня воды Должна быть повышенная температура.
термостат Электропитание 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более чем 10 кВт
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или

					эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	---