

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Ընդհանուր չափ (Ե x Լ)՝ ոչ ավելի քան 1900x540mm մմ, շեղում ոչ ավելի քան 3% Բարձրության կարգաբերում ոչ պակաս քան 620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝ մետաղական Պատգարակը պետք է լինի տեղափոխվող Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով Բարձրությունը կարգավորվող Կողային ռելսեր՝ ծավիղ կողային ռելսերի առկայություն Արգելակման համակարգով Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս

				անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	Ընդհանուր չափ (Ե x Լ)՝ ոչ ավելի քան 1900x540mm մմ, շեղում ոչ ավելի քան 3% Բարձրության կարգաբերում ոչ պակաս քան 620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝ մետաղական Պատգարակը պետք է լինի տեղափոխվող Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով Բարձրությունը կարգավորվող Կողային ռելսեր՝ ծավիղ կողային ռելսերի առկայություն Արգելակման համակարգով Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս

				անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--