

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Էլեկտրասրտագրիչ | Էլեկտրասրտագրիչ | Էլեկտրասրտագրիչ | Էլեկտրասրտագրիչ | ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 5, 10, 20, 40 ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] |

կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին
ինդեքս P, R, T առանցք
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց
Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն
անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և
պեյսմեյկերի հայտնաբերման
համար Ձայնագրման եղանակը՝
ջերմային թուղթ Տարվածումը՝ 8 կետ
/ մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 210մմ x 30մմ
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի
կողմից ընտրելի Լեքսիս
վերալիցքավորվող մարտկոց
Մարտկոցի գործարկման
ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝
ստանդարտ կամ կաբերա
էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց:
Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի
առկայություն Աքսեսուարներ 1.
Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի
վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4
վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ
ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը Նոր Է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Էլեկտրափորտագրիչ | Էլեկտրափորտագրիչ | Էլեկտրափորտագրիչ | Էլեկտրափորտագրիչ | Портативный электрокардиограф Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем Цифровой дисплей: площадь обзора: 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мВ: 5, 10, 20, 40 авто Сигнал калибровки: автоматический и ручной Все отведения, среднее значение, скорректированное среднее значение ЧСС, интервал RR PR, продолжительность QRS, интервал QT и интервал QTc, max R[V5] или |

[V6] и S[V1], Индекс Соколова-Лайона по оси P, R, T Диапазон частот, Гц Диагностический: Защита от дефибрилляции в соответствии с АAMI / IEC 60601-2-25: 2011 Нефильтрованный 0,05...150 Гц Регистратор: управление входом независимо для каждого электрода и обнаружения кардиостимулятора Способ записи: разрешение термобумаги 8 точек мм Бумага для записи: 210 мм x 30 м Скорость записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50 выбираемый пользователем Внутренняя аккумуляторная батарея Время работы от батареи: 90 мин Подключение каналов стандартное или Sabrega Питание 220В/50Гц Наличие меню на русском и английском языках Аксессуары: 1. Кабель пациента 2. 6 электродов для грудных конечностей 3. 4 электрода для конечностей 4. 1 флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона бумаги Комплектация и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском новый,

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO13485 CE Mark (Directive 93/42 / EEC) |
|--|--|--|--|--|---|