

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխստրվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                                       |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | EKG1212T              | EKG1212T            | EKG1212T | Meditech Equipment<br>Co.,Ltd , China | ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ<br>արտածումներ. 12 ստանդարտ<br>արտածումներ Ձայնագրող<br>կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի<br>ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ.<br>անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8"<br>Արտածումների փոխումը. ձեռքով և<br>ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ`<br>ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ<br>Կարգաբերման ազդանշան.<br>ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ<br>չափումներ` բոլոր արտածումները,<br>միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR<br>PR- ի միջակայքում QRS<br>տևողություն QT ընդմիջում և QTc |

միջակայք, առավելագույն R [V5]  
կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինոն  
ինդեքս P, R, T առանցք  
Հաճախականությունների սահմանը,  
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի  
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC  
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ  
Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05  
ից 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի  
կառավարումն անկախ  
յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և  
պեյսմեյկերի հայտնաբերման  
համար Ձայնագրման եղանակը՝  
ջերմային թուղթ Տարլուծումը  
առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող  
թուղթ՝ ոչ պակաս քան 210մմ x 30մմ  
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /  
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի  
կողմից ընտրելի Ներքին  
վերալիցքավորվող մարտկոց  
Մարտկոցի գործարկման  
ժամանակը. ոչ պակաս քան 90  
րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ  
կամ կաբրերա էլեկտրոսնուցումը՝  
220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն  
մենյուի առկայություն  
Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ  
2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6  
էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխնիկա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                                    |   |
|------------|------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя         | технические характеристики  |
| 2          | EKG1212T               | EKG1212T      | EKG1212T | Meditech Equipment Co.,Ltd , China | Портативный электрокардиограф<br>Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем Цифровой дисплей: площадь обзора: 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мВ: 5, 10, 20, авто Сигнал калибровки: автоматический и ручной Все отведения, среднее значение, скорректированное среднее значение ЧСС, интервал RR PR, продолжительность QRS, интервал QT и интервал QTс, max R[V5] и |

S[V1], Индекс Соколова-Лайона по  
оси P, R, T Диапазон частот, Гц  
Диагностический: Защита от  
дефибрилляции в соответствии с  
АAMI / IEC 60601-2-25: 2011  
Нефильтрованный 0,05...150 Гц  
Регистратор: управление входом  
независимо для каждого электрода  
и обнаружения кардиостимулятора  
Способ записи: разрешение  
термобумаги 8 точек мм Бумага для  
записи: 210 мм x 30 м Скорость  
записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50  
выбираемый пользователем  
Внутренняя аккумуляторная  
батарея Время работы от батареи:  
90 мин Подключение каналов  
стандартное Питание 220В/50Гц  
Наличие меню на русском и  
английском языках Акссесуары: 1.  
Кабель пациента 2. 6 электродов  
для грудных конечностей 3. 4  
электрода для конечностей 4. 1  
флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона  
бумаги Комплектация и  
акссесуары: Установка и запуск  
Обучение персонала на месте  
Руководство пользователя на  
английском языках новый,

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>неиспользованный В комплект<br/>входят все необходимые<br/>дополнительные устройства и<br/>аксессуары для полноценной<br/>работы оборудования Гарантия 24<br/>месяцев Сертификаты качества<br/>(наличие): ISO13485 CE Mark<br/>(Directive 93/42 / EEC) Extension<br/>letter for EU 2017/745</p> |
|--|--|--|--|--|--|