

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ Ինկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 30 Լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում Ճրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ջերմաստիճանի վերահսկում Բարձր

ջերմաստիճանից պաշտպանության
առկայություն Չժանգոտվող
պողպատե պատյան Լիովին
մեկուսացված չժանգոտվող
պողպատից դուռ փականով Ներքին
ապակե դուռ Չժանգոտվող
պողպատից ինտերիեր Հեշտ
մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված
չժանգոտվող պողպատից Ոչ
պակաս, քան 1 չժանգոտվող
պողպատից ցանց(եր)
Ջերմաստիճանի կարգավորման
միջակայքը ոչ պակաս քան +20 - +
80 ° C միջակայքում
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ
(առկայություն) ISO13485 կամ

				համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Термостат	Термостат	Термостат	Термостат	Термостат Объем инкубатора не менее чем 30 л Наличие вентиляции Естественная конвекция Наличие адаптивного многофункционального микропроцессорного контроллера с дисплеем Цифровой обратный счетчик с заданной настройкой времени, должен регулироваться не менее чем в диапазоне от 1 минуты до 999 часов Программа должна сохраняться на случай отключения питания Контроль температуры Наличие защиты от перегрева Корпус из нержавеющей

				<p>стали Полностью изолированная дверь из нержавеющей стали с замком Внутренняя стеклянная дверь Внутренняя отделка из нержавеющей стали Легко моющийся внутренний корпус, изготовленный из нержавеющей стали не менее чем 1 решетки из нержавеющей стали Диапазон температур установки не менее чем от +20 до +80°C Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	---