

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման

անջատիչի, դիսամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ`  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակումը Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում Համակարգի  
կազմաձևման պարագաներ,  
պահեստամասեր և ծախսվող  
նյութեր Ցենտրիֆուգը պետք է  
հագեցած լինի ֆիքսված անկյան  
ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի  
քանակն անկյունային ռոտորում` ոչ  
պակաս քան 12 փորձանոթ  
Էլեկտրոնուլցում` 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

				<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Емкость пробирки. не менее чем в диапазоне 5-15 мл (пробирки «Вакутайнер») Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с

переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.  
Дверной замок Не требующий технического обслуживания  
бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем.  
Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин  
Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы  
Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона.  
Количество положений пробирок в угловом роторе: не менее чем 12 пробирок  
Электропитание 220 В, 50/60 Гц  
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы  
Обучение персонала на месте  
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках  
Оборудование должно быть новым, неиспользованным  
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования  
Гарантия не

				менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--