

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Ավտոկլավ սեղանի	Ավտոկլավ սեղանի	Ավտոկլավ սեղանի	Ավտոկլավ սեղանի	Ավտոկլավ սեղանի Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային ոչ պակաս քան 20 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆի չորացման գործառույթ ստերիլիզացված նյութերի չորացման համար Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27

ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը ոչ ավելի քան $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Պետք է ունենա դիսփլեյ

				<p>աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Настольный автоклав 20 литров	Настольный автоклав 20 литров	Настольный автоклав 20 литров	Настольный автоклав 20 литров	Настольный автоклав Горизонтальный паровой стерилизатор объемом не менее чем 20 литров Процесс стерилизации контролируется автоматически Должен иметь функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов. Автоматическая защита от высокой температуры и высокого давления. Автоматическая защита от открывания дверей. Сигнал тревоги указывает на то, что давление в стерилизационной камере

превышает 0,27 МПа или 2,7 бар, сигнал тревоги включен, и дверцу открыть невозможно. Защита от низкого уровня воды. Вся машина должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление не менее чем 0,22 МПа или 2,2 бар. Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток. Предназначен для автоматической дезинфекции каждого предмета, а также для возможности программирования режимов оператором. Максимальная рабочая температура не менее чем 134°C Контроль температуры не менее чем в диапазоне 121°C-134°C Время дезинфекции не менее чем в диапазоне 1-60 минут Время высыхания не менее чем в диапазоне 1-20 минут Отклонение температуры не более чем $\pm 2^\circ\text{C}$ Должен иметь дисплей для отображения рабочих параметров. Источник питания: 220 В, 50/60 Гц

				<p>Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	--