

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                                   |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը            | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 9                  | BIOBASE               | BKQ-B100II          | BKQ-B100II | Jinan Biobase<br>Biotech Co., Ltd | Ավտոկլավ ուղղահայաց գոլորշիով ` 100 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով:<br>Ախտահանվող գործընթացն<br>ավտոմատ վերահսկվում է : Ունի<br>չորացման գործառույթ ` հասնելու<br>համար ստերիլիզացված նյութերի<br>չորացմանը: Բարձր ջերմաստիճանի<br>և բարձր ճնշման ավտոմատ<br>պաշտպանության: Դռան բաց<br>լինելու ավտոմատ<br>պաշտպանության առկայություն:<br>Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ<br>ստերիլիզացման խցիկում ճնշում<br>0.28 ՄՊա, միանում է տազնապը և<br>դուռը չի կարող բացվել: Ջրի ցածր |

մակարդակի պաշտպանություն:  
Սարքի ստերիլիզացման խցիկը  
պատրաստված է չժանգոտվող  
պողպատից: Մաքսիմում  
աշխատանքային ճնշումը՝ 0,23ՄՊա:  
Նախատեսված վիրաբուժական  
գործիքների և պարագաների,  
ապակյա տարաների, բժշկական և  
փորձարարական շորերի, բժշկական  
ծեռնոցների ստերիլիզացման  
համար: Նախատեսված ամեն նյութի  
համար ախտահանվող, ունի ինչպես  
ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ՝  
ունի ռեժիմները օպերատորի  
կողմից ծրագրավորելու  
հնարավորություն : Մաքսիմում  
աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  
134°C Ջերմաստիճանի  
կարգավորումը՝ 121°C-134°C  
միջակայքում : Ախտահանման  
ժամանակը՝ 1-99րոպե  
միջակայքում: Չորացման  
ժամանակը՝ 1-99րոպե միջակայքում:  
Տաքության շեղումը՝  $\pm 2^\circ\text{C}$ :: Ունի  
դիսփլեյ աշխատանքային  
պարամետրերի ցուցադրման  
համար : Սնուցումը 380Վոլտ,  
50/60Հց, 14 Կվատտ: Սարքի հետ  
մատակարարվելու է նաև գոլորշու

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող տաք գոլորշու ջերմաստիճանը հջեցնելու նպատակով՝ հետագայում գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու համար: Լրակազմ և պարագաներ: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն:</p> <p>Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված : Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը՝ 24 ամիս : Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 ISO9001 ISO 14001 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Սթերիչոմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9          |                        |               |       |                            |                            |