

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Atlas N5	Atlas N5	Northern Meditec Limited	Անզգայացման սարք՝ նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային գազերի խառնիչի առկայություն՝ 0~10լ/ր տիրույթում: Ներկառուցված՝ 12.1 դյույմ 800x600 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT մոնիտորով: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով՝ 0-30սմ H2O տիրույթում: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը՝ < 5 րոպե: Ներկառուցված ինսամյալի մոնիտորի հենակ, ամրացված սարքին շարժական բազկով: Հավելյալ ինսամյալի մոնիտոր, 12 դյույմ 800x600 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT, 8 կոր, NIBP չափման տիրույթը 20-270մմսս , ECG CMRR 100դԲ, 2Temp, SpO2, RR 0-150շ/ր, PR տիրույթը

30-254 գ/ր, MEWS ցուցանիշի արտացոլումով:
Անզգայացման սարքը օժտված է արտահոսքի թեստով,
անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ
իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի
տվիչով, անզգայացնող գազի և ածխաթթու գազի
հիմնական հոսքի տվիչով, շարժական, ներկառուցված 2
դարակներով, տեղակայված չորս անտիստատիկ
անիվների վրա, որոնցից երկուսը արգելակներով են,
անզգայացնող գազի պասիվ հեռացումով՝ բացասական
ճնշման - 0.3սմ H2O ցուցանիշով: Հաղորդակցության
մուտքեր՝ USB 2հատ, RJ45: 3 հատ 220-250Վ վարդակի
առկայությունն հարակից սարքավորումների միացման
համար: Գազերի մուտքերի ստանդարտը՝ ISO 5359 NIST
մուտքերը՝ O2, N2O, Air: Շնչառական ծավալը՝ 5-1500 մլ
տիրույթում, ներկառուցված շնչառական հոսքի
տաքացման համակարգով, ներշնչման դադարը՝ 5-60%,
շնչառության հաճախականությունը՝ 4-100, ներշնչման
հոսքը՝ 140 լ/ր, I:E հարաբերությունը 4:1□1:10,
արտաշնչման հոսքը՝ 180լ/ր, ճնշման լիմիտը՝ 10□100սմ
H2O,ճնշման վերականգման ժամանակը 0-2 վ
տիրույթում, սպիրոմետրիայի ցիկլի տիպը՝ P-V, P-F, F-V,
Referenceloop, համալրված է հիմնական հոսքի
կապնոգրաֆով և գազանալիզատորով, CO2-ի
կոնցենտրացիայի և անզգայացնող գազերի
արտացոլման հնարավորությունով՝ ներկառուցված
մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկումով,
մինիմալ ավետյար կոնցենտրացիայի ցուցանիշի
արտացոլման հնարավորությունով,աբսորբենտի
կոնտուրի շրջանցման հնարավորությունով ,

			<p>աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցից՝ 120ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ շնչառական ծավալը՝ 0-2500 մլ, FiO2 15-100 տոկոս, շնչառության հաճախականությունը՝ 0-100, թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում: Կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, թթվածին, ածխաթթու գազ, անոգայացնող գազի միևնույն ալվետյար կոնցենտրացիա: Տազնապի ազդանշանները՝ FiO2, Ppeak, Vt, Apnea, EtCO2 0-100 մմսս կարգավորվող: Թոքերի արհեստական օդափոխության ռեժիմները VCV, PCV, PRVC, SIMV VCV, SIMV PCV, PSV, Manual/Spontaneous: Հոսանքի աղբյուրը \square100-240V \square 50/60 Hz \pm3Hz \square6A, քաշը՝ 110 կգ, չափսերը Բ x L x Խ՝ 1450մմ X 900մմ X 700մմ (\pm10մմ): Լրակազմ՝ Մեծահասակների և երեխաների համար նախատեսված շնչառական բազմակի օգտագործման խողովակների հավաքածու: Գոլորշացուցիչ՝ 2 հատ, միացման ստանդարտը՝ Selectatec: Երաշխիք 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը նոր է, 2024 թ արտադրված, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ՝ ISO 80601-2-55:2011, ISO 13485, IEC 60601-1, CE 93/42EEC MDD:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				