

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԲԵՐՐԻ»ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
53	Շաքարաչափ սարքի համար Նախատեսված թեստ-երիզ iChek	DIAMEDICAL LTD	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ-երիզ: Ավտոմատ վերլուծիչով և առաջարկված թեստ-երիզին համապատասխանող շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 10%-ը: ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար: Մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ըստ պահանջի նվիրաբերել համապատասխան շաքարաչափ սարքեր (5-8 հատ):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
53			