

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | բժշկական սեղաններ | բժշկական սեղաններ | բժշկական սեղաններ | բժշկական սեղաններ | Էլեկտրական ծննդաբերական սեղան, շարժական, պատված հեշտ լվացվող մակերեսով, ընդհանուր երկարությունը առնվազն 1850մմ, լայնությունը առնվազն 600մմ: Սեգմենտների երկարությունները՝ Նստատեղը՝ առնվազն 400մմ, մեջքի հատվածը՝ առնվազն 800մմ, լրացուցիչ ոտքերը՝ առնվազն 650մմ: Նստատեղի և մեջքի շուրջը պետք է առկա լինեն արքեստուարների ամրացման ռեյսեր (EUORails): Բարձրությունը կարգավորվող՝ առնվազն 650-940մմ (Էլեկտրական), մեջքի թեքությունը Էլեկտրական |

շարժիչով կարգավորվող՝ առնվազն 0°-ից 55°, նստատեղը (Trendelenburg) էլեկտրական շարժիչով կարգավորվող՝ թեքությունը առնվազն 0°-ից 15°: Պետք է նախատեսված լինի առնվազն 150կգ քաշի համար: Ապահովված լինի անիվների կենտրոնական արգելակման համակարգով (զույգ անիվներ), կատետրի պայուսակով, որը կարելի է կլինի ամրացնել մահճակալի երկու կողմերում: Պետք է ունենա համապատասխան հզորության հոսանքի կարգավորիչ: Կոմպլեկտը պետք է բաղկացած լինի ներքնակից, որը պետք է պատված լինի ջրակայուն, լվացվող ծածկով: Սեղանի միջանկյալ մասում պետք է ամրացված լինի դրենաժային տարա, ոտնամասի հատվածը պետք է լինի հեռացվող, ունենա 2 հատ ոտքերի հենարան՝ ամրացնող ժապավեններով, 2 հատ ձեռքերի հենարան, 2 հատ Labor Grip: Առնվազն CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ, առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, ուսուցումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | բժշկական սեղաններ | բժշկական սեղաններ | բժշկական սեղաններ | բժշկական սեղաններ | Էլեկտրական ծննդաբերական սեղան, շարժական, պատված հեշտ վացվող մակերեսով, ընդհանուր երկարությունը առնվազն 1850մմ, լայնությունը առնվազն 600մմ: Սեգմենտների երկարությունները՝ Նստատեղը՝ առնվազն 400մմ, մեջքի հատվածը՝ առնվազն 800մմ, լրացուցիչ ոտքերը՝ առնվազն 650մմ: Նստատեղի և մեջքի շուրջը պետք է առկա լինեն արքեստուարների ամրացման ռեյսեր (EUORails): Բարձրությունը կարգավորվող՝ առնվազն 650-940մմ (Էլեկտրական), մեջքի թեքությունը Էլեկտրական |

շարժիչով կարգավորվող՝ առնվազն 0°-ից 55°, նստատեղը (Trendelenburg) էլեկտրական շարժիչով կարգավորվող՝ թեքությունը առնվազն 0°-ից 15°: Պետք է նախատեսված լինի առնվազն 150կգ քաշի համար: Ապահովված լինի անիվների կենտրոնական արգելակման համակարգով (զույգ անիվներ), կատետրի պայուսակով, որը կարելի է լինի ամրացնել մահճակալի երկու կողմերում: Պետք է ունենա համապատասխան հզորության հոսանքի կարգավորիչ: Կոմպլեկտը պետք է բաղկացած լինի ներքնակից, որը պետք է պատված լինի ջրակայուն, լվացվող ծածկով: Սեղանի միջանկյալ մասում պետք է ամրացված լինի դրենաժային տարա, ոտնամասի հատվածը պետք է լինի հեռացվող, ունենա 2 հատ ոտքերի հենարան՝ ամրացնող ժապավեններով, 2 հատ ձեռքերի հենարան, 2 հատ Labor Grip: Առնվազն CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ, առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, ուսուցումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---|