

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տելիա-Մեդ ՓԲԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ARI MEDICAL AR N5	AR N5	ARI MEDICAL	Անզգայացման սարք՝ նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային գազերի խառնիչի առկայություն՝ քան 0~10լ/ր տիրույթում: Ներկառուցված՝ առնվազն 12.1 դյույմ800x600 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT մոնիտորով: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով՝ 0-30սմ H2O տիրույթում: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը՝ 5 րոպե: Ներկառուցված ինամյալի մոնիտորի հենակ, ամրացված սարքին շարժական բազկով: Հավելյալ ինամյալի մոնիտոր, առնվազն 12 դյույմ 800x600 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT, 8 կոր, NIBP չափման տիրույթը 20-270մմսս , ECG CMRR 100դԲ, 2Temp, SpO2, RR

0-1502/ր, PR տիրույթը 30-254 գ/ր, MEWS ցուցանիշի արտացոլումով: Անզգայացման սարքը օժտված է արտահոսքի թեստով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, անզգայացնող գազի և ածխաթթու գազի հիմնական հոսքի տվիչով, շարժական, ներկառուցված 2 դարակներով, տեղակայված չորս անտիստատիկ անիվների վրա, որոնցից առնվազն երկուսը արգելակներով են, անզգայացնող գազի պասիվ հեռացումով՝ բացասական ճնշման առնվազն -0.3սմ H2O ցուցանիշով: Հաղորդակցության մուտքեր՝ USB առնվազն 2հատ, RJ45: 3 հատ 220-250Վ վարդակի առկայություն հարակից սարքավորումների միացման համար: Գազերի մուտքերի ստանդարտը՝ ISO 5359 NIST մուտքերը՝ O2, N2O, Air: Շնչառական ծավալը՝ 5-1500 մլ տիրույթում, ներկառուցված շնչառական հոսքի տաքացման համակարգով, ներշնչման դադարը՝ 5-60%, շնչառության հաճախականությունը՝ 4-100, ներշնչման հոսքը՝ 140 լ/ր, I:E հարաբերությունը 4:1□1:10, արտաշնչման հոսքը՝ 180լ/ր, ճնշման լիմիտը՝ 10□100սմ H2O,ճնշման վերականգման ժամանակը 0-2 վ տիրույթում, սպիրոմետրիայի ցիկլի տիպը P-V, P-F, F-V, Referenceloop, համալրված է հիմնական հոսքի կապնոգրաֆով և գազանալիզատորով, CO2-ի կոնցենտրացիայի և անզգայացնող գազերի արտացոլման հնարավորությունով՝ ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկումով, մինիմալ ավելոյար կոնցենտրացիայի ցուցանիշի արտացոլման հնարավորությունով,աբսորբենտի

				<p>կոնտուրի շրջանցման հնարավորությունով , աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցից՝ 120ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ շնչառական ծավալը՝ 0-2500 մլ, FiO2 15-100 տոկոս, շնչառության հաճախականությունը՝ 0-100, թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում: Կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, թթվածին, ածխաթթու գազ, անզգայացնող գազի միևնույն ավելոյար կոնցենտրացիա: Տազնապի ազդանշանները՝ FiO2, Ppeak, Vt, Apnea, EtCO2 0-100 մմսս կարգավորվող: Թոքերի արհեստական օդափոխության ռեժիմները VCV, PCV, PRVC, SIMV VCV, SIMV PCV, PSV, Manual/Spontaneous: Հոսանքի աղբյուրը 100-240V 50/60 Hz +-3Hz 6A, քաշը՝ 110 կգ, չափսերը Բ x L x Խ՝ 1450մմ X 900մմ X 700մմ (±10մմ): Լրակազմ՝ Մեծահասակների և երեխաների համար նախատեսված շնչառական բազմակի օգտագործման խողովակների հավաքածու: Գոլորշացուցիչ՝ 2 հատ, միացման ստանդարտը՝ Selectatec: Երաշխիք 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը նոր է, 2022թ արտադրված, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ՝ ISO 80601-2-55:2011, ISO 13485, IEC 60601-1, CE 93/42EEC MDD</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО Телиа-Мед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				